

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.06.2022

Sayı: 451

Konu: 4 KALEM LARİNGEAL MASKE VE SU TUTUCU ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.06.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LARİNGEAL MASKE AIRWAY MİDE ASPİRASYONU YAPABİLEN NO:4			12	Adet		
2	LARİNGEAL MASKE AIRWAY MİDE ASPİRASYONU YAPABİLEN NO:3			12	Adet		
3	LARİNGEAL MASKE AIRWAY MİDE ASPİRASYONU YAPABİLEN NO:5			10	Adet		
4	ANESTEZİ DEVRESİ YETİŞKİN ÇİFT SU TUTUCU,			40	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

**DUAL CHANNEL MASK  
PERORAL LARENKS MASK (REUSABLE)**

1. Laringoskop kullanmadan uygulanabilmelidir.
2. Medikal Silikondan İmal edilmiş olmalıdır.. Latex ,PVC ve kanserojen madde dehp içermemelidir. Bu husus,Sağlık Bakanlığı raporu ile belgelendirilmelidir
3. Çok kullanımlık olmalıdır.Buhar otoklavında 134°C'de 4-6 dakikada, steril edilerek kullanılabilirdir.En az 40 defa kullanılabilirdir.Ambalajın içinde bir takip kartı bulunmalı
4. Mide aspirasyonu yapabilme özelliğinde olmalıdır.
5. Birbirine yapışık iki tüp ve maske yapısındaki kaftan oluşmalıdır. Tüpün solunumla ilgili olanı spiral sarmal tel destekli yapıda olmalıdır. Diğer ise düz, gastrik kanala giriş için uygun yapıda olmalıdır.Kaf şişirilirken deforme olmamalı ve böylece hastanın havayolunu kapatmamalıdır.
6. Gastrik kanala ait tüp nasogastrik tüpün geçişine uygun olmalıdır. Buradan en çok 18F nazogastrik sonda geçişi sağlanmalıdır. Ürününün kapnografa bağlanmayı sağlayan 15 mm'lik standart konnektörü bulunmalıdır. Ancak bu konnektör birbirine yapışık olan iki tüpün bir tanesinin uzantısı olmalıdır.
7. Hasta tarafından ısırılarak havayolu tüpüne zarar vermemesi için iki tüpün kafa bağlanma bölgesinden, konektör ucu kısmına kadar uzanan bölümde koruyucu bir katmana (Bite-block) sahip olmalıdır.
8. ürünün dış kısmında iki tüpün birleşme noktasında bir cep kısmı bulunmalıdır.
9. Konnektör ucunda ve ambalajında seri numaraları bulunmalı ve birbirleri ile aynı olmalıdır.
10. Ürün acil durumlarda hastaya daha iyi yerleştirilebilmesi için her bir takıma çelik yerleştirme aparatı (intraducer) verilecektir.
11. Kafın ucunda şişirmeye yarayacak kaf şişirme valfi olmalı ve her türlü enjektörle hava sağlayacak yapıda olmalıdır.
12. Ürünün numaraları ve kaf şişirme basınçları aşağıdaki gibi olmalıdır:

No: 1,0	0 – 5 kg arası bebeklerde	Maximum 4 ml
No: 1,5	5 - 10 kg arası bebeklerde	Maximum 7 ml
No: 2,0	10 – 20 kg arası bebek ve çocuklarda	Maximum 10 ml
No: 2,5	20 – 30 kg arası çocuklarda	Maximum 14 ml
No: 3,0	30 – 50 kg arası yetişkinlerde	Maximum 20 ml

Numuneler uzman kişiler tarafından kullanılarak karar verilecektir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzm.  
Uzm. Dr. Vedat ÖZTÜRK  
Dip. Tes. No. 146042

**Rahim ALTUN**  
Anestezi Sorumlusu  
Ağrı Devlet Hastanesi

**Uzm. Dr. Furkan TONTU**  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip Tes No. 182538/146980

## Su Tutucu Teknik Şartnamesi

1. Su tutucu Draeger marka anestezi gaz ölçüm modülü ile kullanıma uygun ve cihazın orijinal parçası olmalıdır.
2. Su tutucu cihazı neme ve ölçüm hattından gelebilecek partiküllere karşı korumaya uygun tasarlanmış olmalıdır, filtreleme için 2 adet hidrofobik filtre içermelidir.
3. Su tutucu örnekleme gazındaki su yoğunlaşmasının özel bir haznede toplanmasını sağlayacak yapıda olmalıdır.
4. Filtreleme yapısı anestezi gaz ölçüm modülünün örnekleme akışını 200 ml'de sabit tutabilen özellikte olmalıdır.
5. Su tutucunun dış yüzeyi saydam bir yapıda olmalı ve bu sayede kirlenip kirlenmediği veya sıvı ile dolup dolmadığı çıplak gözle görülebilir olmalıdır.
6. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.
7. Su tutucunun takılacağı cihazın üretici firması tarafından verilmiş, cihaz ile tam uyumlu çalıştığını gösterir uyumluluk belgesi komisyona sunulmalıdır.
8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3 yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunulmalıdır.

**Rahim ALTUN**  
**Anestezi Sorumlusu**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

**Fatih DUTAK**  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Sorumlusu