

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

23.06.2022

Sayı: 468

Konu: 2 KALEM PERKÜTAN TRAKEOSTEMİ SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.06.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ NO:7,5			5	Adet		
2	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ NO:8			10	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ

### FORSEPSİZ

#### TEKNİK ŞARTNAMESİ-

1. Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren griggs ve ciaglia tekniklerinin birleşimi dilatatör forseps yöntemi perkütan trakeostomi için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Forseps ayakları içinden kılavuz tel geçecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. forsepsin ayakları acıldığında j uclu tel ayaklardan aşağıya düşmemelidir. Forseps üzerinde stomanın acıklığını ayarlayabilecek bir ayar mekanizması bulunmalıdır. Bu mekanizma sayesinde stomanın yırtılması engellenmelidir.
3. Setin forsepsiz set dışında forsepsli set ( tek paket içerisinde forsepsinde bulunduğu set) alternatifinin de olması gereklidir. Setlerin hepsinin veya bir kısmının forsepsli set olarak isteniyor olması durumunda ise ihale listesinde veya idari şartnamede veya teknik şartnamede bu durum belirtilmiş olmalıdır.
4. Her sette , trakeostomi kanülü ile bağı , bistüri ,enjektör, 14 G intravenöz kanül, j uçlu rehber tel, dilatatör, bulunmalıdır.
5. Set tek paketten oluşmalı, tüm malzemeler tek pakette olmalıdır.
6. Setin üzerindeki etikette setin 7-7,5- 8 ve 8,5 numara setlerden hangisine olduğunu gösteren ibare bulunmalıdır.
7. Gerekli olması durumunda ;Firmanın bu tekniğin forseps teknikli trakeostomi seti olduğunu ve dilatasyon için özel forseps kullanıldığını gösteren orijinal katalog ve dökümanlarının bulunması ve ürünün tekniğinin içinde forsepsinde olduğunu göstermesi istenmelidir. Firmanın verdiği malzeme yedek ürün (spare) olmamalıdır. Forseps cerrahi alet olarak değil, tekniğin dilatasyon aşamasında kullanılan özel dizaynli forseps olmalıdır ve katalogta herhangi bir forseps değil, tekniğe ait forseps gösterilmelidir.
8. Ürünün tekniğini anlatan ve forsepsin de dilatasyon için kullanıldığını gösteren orijinal CD/kaset verilmelidir.

9- Firma teslimattan önce numune göndermek zorundadır.

Uzm. Dr. Seda SEVEN  
Yoğun Bakım Uzmanı  
Uzm. Tesl. No. 147908  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
A Blok Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşire  
Yusuf MARANKOZ