

TEKNİK ŞARTNAME

SPEKULUM ÖZELLİKLERİ

- 5000 adet.
- Dayanıklı sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalı.
- Tıbbi dereceli poşetlerde tek tek ambalajlanmış ve tek kullanımlık olmalı.
- Şeffaf olmalı.
- Steril olmalı.
- İmalatında kullanılan hammadde, kullanıcının ihtiyacına en yüksek seviyede cevap verebilecek tarzda dizayn edilmiş olmalı.
- Spekulumlar da kullanılan kilit sistemi, tek elle ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamalı.
- Uygulama noktaları, vücuda temas eden yerler pürüzsüz ve kaygan olmalı, dokuya zarar verebilecek keskin ve köşeli yüzeyi olmamalı, uçları yuvarlatılmış ve ergonomik olmalı.
- Ambalaj üzerinde üretim, son kullanma ve sterilizasyon tarihi ile lot numarası yazmalı.
- Ürün miadı en az 3 yıl olmalı
- Görüş mesafesi 4cm'den az olmamalı
- Spekulumlar orta boy olmalı.
- Son kullanma tarihinin bitimine 3 ay kalan ürünler firma tarafından hiçbir sebep göstermeksizin değiştirilecektir.

Doktor Meryem KARADAĞ ARSLAN



Hemşire Ruşen KARAKURT



Hemşire Arzu KARAOĞLU

