



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **50 ADET DİYALİZ TUZU (SU ARITMA YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **18.07.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Vedat ZENGİL  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DİYALİZ TUZU (SU ARITMA YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG)	ADET	50		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
**Uzm.Dr. DEMET ÖKKE**  
**Başhekim**

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 36965a07-ee17-4e77-8140-85f576faeba8 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

Telefon: Faks No: 04723125747

TIBBİ SEKRETER

e-Posta: [senay.sahin5@saglik.gov.tr](mailto:senay.sahin5@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## 4041/1 - RAFİNE TABLET SU YUMUŞATMA TUZU

## RAFİNE TABLET SU YUMUŞATMA TUZU

## 1. ARITMA SİSTEMİ İÇİN TABLET TUZ ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz ünitesi ve hastane içme suyu su arıtım sistemlerinin rejenerasyonunda kullanılabilir özellikte kalite ultra rafine olacaktır. Tablet boyutları eşit olmalıdır.
- "A sınıfı" rafine edilmiş kuru kaya tuzundan, tuzun hammaddesinin kaya tuzu olduğu belgelenmelidir. Tablet şeklinde imal edilmiş olmalı, içiğinde reçine, filtre ve membranlar olumsuz yönde etkileyecek tane, kil, çamur, kum vs.) yabancı maddeler içermemelidir.
- 1.25 kg'lık çift katlı içiçeşitli polipropilen jüt çuvallarda olmalıdır.
4. Ambalaj üzerinde üretici ve marka adı bulunmalıdır.
5. Üretici Firmaya ait Gıda Üretim İzin Belgesi'nin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
6. Üretici Firmaya ait Gıda Sicil Sertifikası'nın aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
7. Üretici Firmaya ait Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi'nin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
8. İlgili TSE standardına (TS EN 973 / 27.04.2003) uygun TSE belgesinin aslı veya noter onaylı sureti teklifle birlikte sunulmalıdır.
9. Tablet tuzun muhteviyatındaki kimyasal parametrelerin uygunluğunu gösterir TSE'den alınmış muayene ve deney raporu ihale aşnasında komisyona sunulmalıdır.
10. Ürün tesliminde, üretilen partiye ait ürün analiz raporu malzemeyle beraber teslim edilecektir. Ürün kimyasal içeriği minimum aşağıdaki değerlerde olmalıdır:

## Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Görünüş beyaz, homojen yapıda tablet

Rutabet % m / m 0,02 - 0,025

Safılık % m / m NaCl 99,0 - 99,9

Suda Çözünmeyen Madde % m / m 0,02 - 0,1

Asitte Çözünmeyen Madde % m / m 0 - 0,5

Toplam Sertlik d<sup>o</sup>H 0,5 - 0,1Kalsiyum Sertliği d<sup>o</sup>H 0,3 - 0,7Magnezyum Sertliği d<sup>o</sup>H 0,2 - 0,5

Toplam Demir mg Fe / kg 0 - 0,3

Bakır mg Cu / kg &lt;0,2

Kurşun mg Pb / kg &lt;0,2

Arsenik mg As / kg 0 - 0,1

Cıva mg Hg / kg &lt;0,01

Bromür mg Br / kg Yok

Alkalite mg CaCO<sub>3</sub> / kg 0 - 5Sülfat mg SO<sub>4</sub> / kg 25 - 100

pH % 20 m / v 5 - 7

Ambalaj Şekli 25 kg pp çuval

Depolama: kuru ortamda saklanmalı

11. Firmalar teklifleri ile birlikte 1 torba orijinal ambalajında tablet tuzu tutanak karşılığı numune olarak ihale öncesinde kuruma tellim edip uygunluk belgesi almalıdır.
12. Ürün, partiler halinde teslim edilecektir. Teslimat, firma temsilcisinin nezaretinde gerçekleştirilecektir. Teslimat sonrasında tuzun kalitesi ile ilgili teretüde kalınması durumunda her partiden ürünün belli noktalarından numune alınarak analiz yapılabilir. Analiz masrafları yükleniciye ait olup tuz içeriğinde taahhüt edilen dışında bir unsurla karşılaşılması durumunda tuz iade edilir ve değişimi talep edilecektir. Aksi durumda teminat gelir kaydedilir.
13. Yüklenici firma ihale dayası ile birlikte teknik şartnamenin her maddesine birebir cevap vererek uygunluk belgesi hazırlamalıdır.

AC  
AGRİVALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi  
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Zekerya BASARCIAN  
Giyim ve Tekstil Teknikeri

DOÇ. DR. YAŞAR ERYILMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL  
Biyomedikal T. Y. M.