

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

06.07.2022

Sayı: 511

Konu: KLAVUZLU SPİNAL İĞNE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 18.07.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdür V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPİNAL İĞNE KLAVUZLU KESKİN UÇLU (QUINCKE UÇLU) 25G			1000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

25 G SPİNAL İĞNE QUINCKE KLAVUZ UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Spinalanestezi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Spinal iğne atravmatik ve Quincke (keskin) uçlu olmalıdır.
3. Spinal iğne klavuzlu olmalıdır.
4. Spinal iğne lateks ve ağır metal içermemelidir.
5. Spinal iğne paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
6. 25g çapında, iğne uzunluğu 90 mm(+2), klavuz iğne intruder 20g-34 mm olmalıdır
7. Spinal iğne fonksiyon kontrolü için şeffaf hub bağlantısı olmalıdır.
8. Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan rahat kavrama aparatlı olmalıdır.
9. Spinal iğne şeffaf hub, luerlock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır.
10. Spinal iğnenin yüzeyi düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
11. Spinal iğne kullanım sırasında rahatlıkla ilerletilebilmeli, kıvrılma, bükülme ve kırılmaya neden olmayacak yapıda olmalıdır.
12. Spinal iğne mandreni iğne içerisinde tam oturmalı keskin tarafta boşluk olmamalıdır.
13. Spinal iğnenin gauge ölçüsü uluslararası renk kodlarına uygun olmalıdır.
14. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi ve UBB kodu olmalıdır.
16. Türkiye Standartlarına uygun olmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Uzm. Dr. Salih ÖKTAS
Tic. Sic. No. 148262

Rahim ALTUN
Anestezi Sorumlusu
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi