

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.07.2022

Sayı: 516

Konu: FLEBOTOMİ TORBASİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.07.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FLEBOTOMİ TORBASİ			750	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

FLEBTOMİ TORBASI (KAN ALMA) TEKLİ

- 1-PVC torba hacmi 450 ml tam kan alacak şekilde olmalı ve antikoagulan olarak CPDA-1 içermelidir.
- 2-Torba kenarında tüp takılacak askı yeri olmalıdır.
- 3-Torba içindeki sıvının ve kanın çıplak gözle kontrolüne engel olmayacak saydamlıkta olmalıdır.
- 4-Hazırlanan kan +4 C'de en az 35 gün saklanabilmelidir.
- 5-Hortum uzunluğu 1000+- 100 mm olmalıdır.
- 6-Hortum üzerinde kan numunesi almak için eşit aralıklar ile numara basılmış olmalıdır.
- 7-İğne 16 G olmalıdır.
- 8-İğne özel muhafaza içinde olmalı, açıldığında açılmış olduğu belli olmalıdır.
- 9-İğne muhafazası üzerinde damar giriş yönü işareti olmalıdır.
- 10-Torba etiketi Türkçe olmalı ve üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluk olmalıdır.
- 11-Alüminyum paketlerde amabalajlanmalı ve paketler karton koliler içersinde teslim edilmelidir.
- 12-Torbalar en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Ayrıca gerektiğinde miadı dolmadan 3 ay önce daha uzun miadlılarlada değiştirilmelidir.
- 13-Ambalajdan çıktığında veya normal kullanım sırasında, kusurlu olduğu tespit edilen torbalar, benzer vasıfla ancak sağlam diğerleriyle değiştirilmelidir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Cemil İNÇİ
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 181268

Uzm. Dr. Muhammet Mustafa DEMİR
Ağrı Devlet Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 181027