

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

20.07.2022

Sayı: 531

Konu: 2 KALEM PCR MALZEMESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 22.07.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PCR 8 Lİ STRİP 120LİK KUTU			30	PAKET		
2	ROTOR-GENE PROB RT-PCR KİT			1	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

**T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**AĞRI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ PCR LABORATUVARI SARF**  
**MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pcr Laboratuvarı sarf malzeme listesi ve teknik özellikleridir.

	Ürün adı	Miktar
1	PCR steril 8'li strip 8X125 lik paket	30 Paket
2	Rotor gene PCR cihazı karoser kapağı	1 Adet

- Sarf malzemeleri için laboratuvarında performans değerlendirilmesi yapılacak, performansı uygun olmayan malzemeler , firmalar tarafından değiştirilecektir. Kit değişikliği nedeniyle sarf malzeme uyumsuzluğu olursa, firma kit ile uyumlu sarf malzemeyi ücretsiz değiştirecektir.

**1. PCR steril 8'li Strip Tüpleri ve Kapakları Teknik Özellikleri**

- Optik cap'lerin tepesi düz olmalıdır.
- Strip ve optik cap'leri RNase, DNase, DNA, PCR İnhibitörleri pirojenden yoksun olmalıdır.
- Tüpler arası bağlantı en az 3 noktadan sağlanmalı ve bu sayede esneme kaynaklı dökülme olmamalıdır.
- Real Time tüpleri ve optik cap'ler "**Bio-Rad CFX 96 real time PCR**" cihazlarında çalışmaya uygun olmalıdır.
- 8'li strip şeklinde olmalıdır. Ambalajı 125 strip / paket (1000 adet tüp/ paket ) şeklinde olmalıdır.
- 15 Dk, 15 P si Basınç , 121 C 'de otoklavlanabilir olmalıdır.
- 8 Kuyulu olup kuyular birbirine bağlı olmalıdır.
- Polypropylene yapıda olmalıdır.
- Optik kapaklar strip tüplere tam kapanmalıdır. Kapanma problemi tespit edilen strip/capler yenileriyle değiştirilecektir.
- Striplerin 5 paketi şeffaf, 25 paketi beyaz renkte olmalıdır. Çalışılan kit prospektusu hangi tüp çeşidini önerirse, buna göre beyaz/ şeffaf strip değişimi firma tarafından sağlanmalıdır.

**2. Rotor gene PCR cihazı karoser kapağı**

- 72'lik Rotor gene PCR cihazı karoser kapağı olmalıdır.
- Alimunyum malzemedir olmalıdır.
- PCR laboratuvarımızda bulunan Rotor Gene cihazı ile % 100 uyumlu olmalıdır.
- Orijinal ürün olmalıdır.

Uzm Dr Gizem SOYDAN  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip Tes No. 143528  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

