

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

25.07.2022

Sayı: 187

Konu: FİLTASYON VALFİ ALIMI İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.07.2022 saat: 11:00 'a kadar [patnosdh@hotmail.com](mailto:patnosdh@hotmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Sakir KAYA  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FİLTASYON VALFİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## MULTİMEDYA VALFİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Valfi kontrol zamanlı olmalıdır.
2. Valf dijital ekran özelliğine olmalıdır.
3. kullanılacak valfi saat ve ters yıkama özelliğine sahip olmalıdır.
4. kullanılacak Valfin giriş ve çıkışlar 1" inç olmalıdır.
5. kullanılacak valf mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
6. Valf ve gövde yapısı plastik olmalıdır.
7. kullanılacak valfi Suyun kalitesini bozmayacak özellikte olacaktır.
8. Yüklenici firma TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi (diyaliz ve saf su arıtma sistemleri için) sahip olmalıdır.
9. İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri üreticisi veya yetkili teknik servis belgesi olmalıdır.
11. Valf yüklenici firma tarafından demontajı ve montajı yapılacaktır. Daha sonra valften den dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir. valfin motajı yapıldıktan sonra su numunesi alınacak uygun gelmediği takdirde firma tarafından karşılanacaktır.

## AKTİF KARBON FİLTRASYON VALFİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Valfi kontrol zamanlı olmalıdır.
2. Valf dijital ekran özelliğine olmalıdır.
3. kullanılacak valfi saat ve ters yıkama özelliğine sahip olmalıdır.
4. kullanılacak Valfin giriş ve çıkışlar 1" inç olmalıdır.
5. kullanılacak valf mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
6. Valf ve gövde yapısı plastik olmalıdır.
7. kullanılacak valfi Suyun kalitesini bozmayacak özellikte olacaktır.
8. Yüklenici firma TSE 12426-12843 hizmet yeterlilik belgesi (diyaliz ve saf su arıtma sistemleri için) sahip olmalıdır.
9. İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri üreticisi veya yetkili teknik servs belgesi olmalıdır.
11. Valf yüklenici firma tarafından demontajı ve montajı yapılacaktır. Daha sonra valften den dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir. valfin motajı yapıldıktan sonra su numunesi alınacak uygun gelmediği takdirde firma tarafından karşılanacaktır.

*Gülşah Yaman*