



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET VAKUMLU ALÇI KESME/KIRMA MOTORU ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **03.08.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Vedat ZENGİL  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ALÇI KESME/KIRMA CİHAZLARI, ALÇI KESME MOTORU ORTOPEDİK VAKUMLU	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm.Dr. DEMET ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 5839de58-d64f-4683-a287-b5afc1e9f9ba Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

e-Posta: [senay.sahin5@saglik.gov.tr](mailto:senay.sahin5@saglik.gov.tr) İnternet Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47



## VAKUMLU ALGI KESME MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Motor kendi kendini soğutabilir özellikte olmalıdır. Yüklenici bu hususu belgeleyecektir.
2. Motor en az 50mm-65mm çap aralığında bıçaklar ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3. Motorun kablolu ağırlığı en fazla 1.5 kg olmalıdır.
4. Motorun çalışma sırasında çıkardığı ses yüksekliği en fazla 60db (desibel) olmalıdır.
5. Motor ve Vakum ünitesi 220 Volt 50 Hz şebeke geriliminde çalışacaktır.
6. Motor gücü en az 500w olmalıdır. Osilasyon hızı alt limiti en düşük 6500d/dk, en yüksek 24000d/dk olmak üzere 6 farklı kademede çalışabilmelidir. Yüklenici bu özelliği belgeleyecektir.
7. Vakum Ünitesi, pratik kapaklı, kolay ve hızlı boşaltılabilir özellikte olmalıdır.
8. Filtre etme gücü, partiküllerin %99.99'unu vakumlayabilir özellikte olmalıdır.
9. Vakum Ünitesi ses seviyesi maksimum 60db (desibel) olmalıdır.
10. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı genelge hükümlerince teklif edilen ürüne ait ihale tarihi itibarı ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TITUBB'da Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması gerekmektedir.
11. Motor bıçaklarının değiştirilmesi basit anahtar kullanarak kolayca ve fazla kuvvet uygulamadan yapılabilir özellikte olmalıdır.
12. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri ürüne ait Türk Standartları Enstitüsü'nden almış oldukları "Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini" ihale dosyasına koyacaklardır.
13. Teklif veren firma yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise, yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, şayet imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler teklife eklenmelidir.
14. Vakumlu Algi Kesme Motoru en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma ve varsa yetkili üretici ve/veya ithalatçı (distribütör) firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
15. Arıza bildiriminden sonra en geç 48 saat içerisinde müdahale edilecek ve onarım ve onarım için yedek parça gerekmiyorsa en geç 3 iş günü, yedek parça gerekiyorsa en geç 10 iş günü içerisinde algi kesme motoru faal hale getirilecektir. Anzalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve garanti süresinin sonuna eklenecektir. Garanti süresi içerisinde toplamda 30 gün gayr-faal kalması halinde, firma aynı özellikleri taşıyan bir başka aleti, onarım tamamlayıncaya kadar geçici olarak bırakmayı kabul edecektir.
16. Vakumlu Algi Kesme Motoru katalogunda belirtilen periyodik koruyucu bakımlarının yapılma sıklığı (aylık, üç aylık, yıllık gibi) ve bu periyodik bakımda yapılacak kalibrasyon ve kontroller form halinde yazılı olarak bildirilerek, ilk 2 yıl boyunca ücretsiz olarak yapılacaktır.
17. Üretici, yetkili dağıtıcı ve varsa yetkili satıcı firma, 2 yıllık ücretsiz garanti verecektir.

İbrahim  
ASLANBEY

Abduselam  
POLAT

Ümit  
DURAN

Feyzi  
KILIÇ

Gürkan  
İDEN

Dr. Feyzi KILIÇ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Diyadinin Devlet Hastanesi  
Diyadinin 168125  
Diyadinin

Dr. Gürkan İDEN  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Diyadinin Devlet Hastanesi  
Diyadinin 168125  
Diyadinin