

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

27.07.2022

Sayı: 560

Konu: ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.08.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) ÜÇ PARÇALI			70000	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

10 ML ENJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAME

1. Enjektör uçları vücuda girerken, kolay şekilde direnç göstermeden girmelidir.
2. Teker teker steril paketler halinde ve kutular içerisinde olmalıdır.
3. Üç parçalı ve lastik pistonlu olacaktır.
4. 10cc steril şırıngalı ve siyah ve/veya yeşil uçlu olmalıdır.
5. Enjektör ile enjektör uçları uyumlu olmalı ve kesinlikle hava kaçırmamalı ve tazyikle birbirinden ayrılmamalıdır.
6. Tek tek steril paketler halinde olmalıdır.
7. Piston lastiğini tutan çizgi-bariyerin çok geride ve tam fonksiyonel olmamasına bağlı olarak ilaç çekimlerinde piston enjektör kabından çıkmamalıdır.
8. Diziyem veya cc çizgileri olmalıdır.
9. Ambalajın açılışında, ambalaj dizaynı enjektörün sterilitesini bozmamalıdır.
10. Ambalajların kolay açılır olması gerekmektedir.
11. Enjektör kabı basınçla çatlamamalıdır.
12. Enjektör ucunun, iğne ucu, İV kanül, üç yollu musluk gibi ilave materyallerle uyumlu olması gerekmektedir.
13. Enjektör ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon şekli açık olarak belirtilmiş olacaktır.
14. Uhdesinde kalan firma kullanım süresince bozuk, yırtık, delik ve imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bunları gerektiğinde teslim edilen malzemenin tamamını değiştirmeyi kabul edecektir.
15. Enjektör ile enjektör uçları birbirine uyumlu olmalı ve kolayca çıkmamalıdır. Vidalı olmamalıdır.
16. Teslim tarihinden itibaren miadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
17. İdarenin isteğine göre siyah ve/veya yeşil uçlu getirilecektir.

Hatice Haman

Hatice İDİĞ
Eczacı
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi