



TEKNİK ŞARTNAME

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR
1	TAM KAN SAYIMI (HEMOGRAM)	ADET	2000

HEMOGRAM MALZEMELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Mevcut konumdaki cihaz Mindray BC-30 S Hemogram cihazıdır.
- 2- Kullanılacak hemogram tüpleri, Diluentlerle Lyse'ler Mindray BC-30 S hemogram cihazına uyumlu olmalıdır.
- 3- Her 700 test için 1 adet Diluent ve her 1750 test için 1 adet Lyse ihtiyacı bulunduğundan toplamda en az 3 adet Diluent ile 2 adet Lyse ' nin gönderimi talep edilecektir.
- 4- Hemogram tüplerinde %15 e yakın fire verme işlem gerçekleştirilebileceğinden toplamda 2300 adet hemogram tüpü gönderilecektir.

Derya ZENBİ   
Ömer ARKUN   
Halit KABAN 