

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.07.2022

Sayı: 563

Konu: HEMODİYALİZ GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.08.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Ceydet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ GİRİŞ ÇIKIŞ SETİ			2500	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## Hemodiyaliz Fistül Giriş-Çıkış Kiti Teknik Şartnamesi

1. Teklif edilen setler, iki ayrı poşet içerisine yerleştirilmiş ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

1.1.1. Giriş ve çıkış paketleri perforeli olarak birleşik olmalı, kolayca birbirinden ayrılabilmelidir.

1.1.2. Giriş ve çıkış paketleri üzerinde kolay açılabilir kulakçıklar olmalıdır.

1.2. Ayrılmış olan 2. paket (çıkış paketi) steril özelliğini diyaliz çıkış seansı başlayana kadar bozulmadan korumalıdır.

1.3. Giriş Seti kendi orijinal ambalajında, Çıkış Seti kendi orijinal ambalajında olmalıdır.

2. Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası sistemine ( TITUBB ) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

2.1. Paket üzerine ürünlerin UBB kodları (Barkod numaraları) yazılmış olmalıdır.

3. Teklif edilen setler etilen oksit gazı ile sterilize edilmiş ve tek kullanımlık olmalıdır.

4. Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

5. Paketin üstünde içerik bilgileri, son kullanma tarihi, saklama koşulları, uyarı ve önlemler, LOT numarası, sterilizasyon metodu, CE işareti ve numarası, üretici firma adı, adresi ve telefonu gibi bilgiler bulunmalıdır.

## 6. Diyaliz Giriş Kiti İçeriği;

6.1. 4 (dört) adet %70 Viscon %30 Polyester non-woven kumaştan dokumasız 7-8 cm \*7-8 cm ebatlarında yüksek kan emici özellikli Spanç olmalıdır.

6.2. 2 (iki) adet anti-alerjik yapıda cerrahi katlanmış mavi pudrasız nitril eldiven (M) olmalıdır.

6.3. 1 (bir) adet sıvı emici ve sızdırmazlık özellikli kol altı örtüsü 40-50 \* 40-50 cm.

6.4. 8 (sekiz) adet anti-alerjik ve kolay ayrılma çentiği olan 1,5-2,5 cm \* 14-15 cm fix özellikli flaster olmalıdır.

6.5. Paket içerisinde 2 (iki) adet %70 izopropil Alkol içerikli 6 cm\*6 cm ebatlarında üzerinde kolay açılma çentiği olan swap mendiller olmalıdır.

## 7. Diyaliz Çıkış Kiti İçeriği;

7.1. 6 (altı) adet %70 Viscon %30 Polyester non-woven kumaştan dokumasız 7-8 cm \*7-8 cm ebatlarında yüksek kan emici özellikli spanç olmalıdır.

7.2. 2 (iki) adet anti-alerjik yapıda cerrahi katlanmış mavi pudrasız nitril eldiven (M) olmalıdır.

7.3. 1 (bir) adet anti-alerjik yapıda beyaz vinil pudrasız eldiven ( L )

7.4. 2 (iki) adet 38 x 72 cm hemostatik basınç özellikli diyaliz bası bantları olmalıdır.

7.5 Swap mendiller Teklif edilen paketlerin içerisinde istenilen adet kadar olmalı ve steril olmalıdır.

Menzi S. S. S.  
H. Diyaliz Sorumlusu  
D. Sanatçılar Nöbetçisi  
Ağrı Devlet Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR  
H. Diyaliz Sorumlusu  
D. Sanatçılar Nöbetçisi  
Ağrı Devlet Hastanesi