

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2022/57
KONU : Mal alımı Hk.

01/08/2022

Teklif Davet

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Tıbbi ilaç Malzeme alımı işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 04.08.2022 tarih saat 10:00'a kadar (04725513307 numaralı belgegeçere, tdhsatinalma@gmail.com mail adresine, posta yolu ile ve ya elden) belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ebubekir GÜLMEZ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Kalsiyum Hidroksit Kaide Maddesi	Adet	2		
2	Bond	Adet	2		
3	Paper Point 0.6 Açılı	Kutu	20		
4	Endomotor Eğesi	Kutu	20		
5	Gutta Percha 0.6 Açılı	Kutu	20		
6	Ünit Tabla Örtüsü	Rulo	5		
				Toplam	

İdarenizce doğrudan temin usulü ile 04.08.2022 tarihi saat 10:00 de alımı yapılacak olan Mal Alımı işine ait dokümanı oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. Doğrudan temin usulü ile yapılacak alıma ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederiz.

1- Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin olarak, teklif fiyata dahil olması öngörülen bütün masraflar teklifimize dahildir.

2- Teklifimiz aşağıda belirtilen tarihten itibaren 30(Otuz) takvim günü geçerlidir.

3- 4734 Sayılı Kanununun 22/d maddesi gereğince, alıma konu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

4- Aldığımız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığımızı kabul ediyoruz.

5- Alıma konu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak/yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı
Kaşe ve İmza ⁽²⁾

TAŞLIÇAY DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİNE

01/08/2022

Hastanemiz dış polikliniği deposunda stoğu tükenmiş olan aşağıda ismi ve adedi yazılan sarfların temin edilmesi gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

- 1-Kalsiyum hidroksit kaide maddesi (2 adet)
- 2- Bond(2)
- 3-Paper Point 0.6 açılı (20 kutu)
- 4-Endomotor Eğesi (20 kutu)
- 5-Gutta Percha 0.6 açılı (20 kutu)
- 6-Ünit tabla örtüsü (5 rulo)


Eubek GÜLMİŞ
Taşlıçay Devlet Hastanesi
İdari ve Mali İşler Birim Başkanı



Arif Mehmet BİÇER
Taşlıçay Devlet Hastanesi
Tıbbi Servis Başkanı



Dt. Veli AKSLAN
Dış. Tes.
Taşlıçay Devlet Hastanesi



61.	KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ	<ul style="list-style-type: none"> • Hızlı ve kolay karıştırma imkânı olmalı. • Asitlere karşı dirençli olmalı. • Radyo opak olmalıdır. • Sekonder dentin oluşumunu stimüle etmeli. • Yüksek sıkıştırma kuvveti olmalıdır. • Uzun süre klinik başarılı olmalıdır. Apikal bölge ve dentin hassasiyetini yok etmelidir. • CFC içermeyen basınçlı paket içinde olmalı. • Dentin üzerinde tutuculuk özelliği iyi olmalı ve kolay uygulanabilmeli. • 12 gr baz, 12 gr katalizör olmak üzere plastik tüpler halinde olmalıdır. • Ürün orjinal ambalajında olmalıdır • Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır. • Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır. • Muayene komisyonumuz tarafından denenmek üzere orijinal kullanım klavuzu ve Türkçe kullanım klavuzu içeren orijinal ambalajında 1 adet numune verilecektir
-----	-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34.	DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ	<ul style="list-style-type: none"> • Ön Yüz Emici Özelliği Olan Kâğıt olmalı • Arka Yüz Sıvı Geçirmez PE Film Kaplama olmalı • Yaprak Ölçüsü: en az 24cm x 30cm'den perfore ve en az 100'lük paketlerde düz olmalıdır. • Orijinal ambalajında olmalı • Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı, • Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az 18 ay raf ömrü olmalı. • Kullanım amacına uygun olmalı ve kolay yırtılmamalı ve sıvı geçişi yapmamalıdır. • Muayene komisyonumuz tarafından denenmek üzere orijinal ambalajında 1 paket numune verilecektir.
-----	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ebu...
Tas...
İdr...

M...
Tay...
T...


Dr. Yeli / ASLA
Di. Tes.
Tog...
Hasta...

GUTTA PERCHA(06 TAPER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Gutta perchalar 0.6taper açılarında ve farklı numaralarda da olmalıdır.
- 2- Radyo opak olmalıdır.
- 3- Fabrikasyon olmalıdır.
- 4- Guttalar mm'lik işaretlenmiş olmalıdır.
- 5- MM'lik işaretlendirme dereceleri 20 mm olarak dış ve iç kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.
- 6- İyi kondanseedilebilmesi için yüksek plastisitede olmalıdır.
- 7- Kanala uygulanırken eğilmemeli,kırılmamalı ve bükülmemelidir.
- 8- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
- 9- Mika kutu içerisinde yer alan guttaların hareket etmesini engelleyen sünger olmalıdır.
- 10-K3XF eğe sistemi veya dengi rotasyon ile şekillendirilmiş kanal ile tam uyum sağlamalıdır.
- 11- Tüm soğuk ve sıcak dolum teknikleriyle uyumlu olmalıdır.
- 12- Düşük erime noktalı olmalıdır.
- 13- Özel alfa fazından oluşmalıdır.
- 14- Uzun raf ömrü olmalıdır.
- 15- Asorti Karma Paketlerde 60'lık kutularda bulunmalıdır.
- 16- Kliniğin isteği doğrultusunda belirtilen numaralarda teslim edilmelidir.
- 17- Ürünün yetki belgesi olmalıdır.
- 18- Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
- 19- Teklif veren firmaların ithalatçı firmadan alınmış UBB bayi kaydı olmalıdır ve teklifle birlikte sunulmalıdır.


Ebu
Ticari Müdürlüğü
Kırsal İktisat Müdürü


Mehmet
Ticari Müdürlüğü
Ticari Müdürlüğü


Dr. Veli
Diş. Tes.
Ticari Müdürlüğü
Hastane

169-0.6 TAPER PAPER POINT (25)

- a) Paper Pointler olduğunuz kanalların tamamıyla kurulması sağlamalıdır.
- b) Paper pointlerin sapında renk kodları olmalıdır.
- c) Paper pointler sorti olarak 180lik kutularda bulunmalıdır.
- d) Paper pointler her boydan 60 tane olmak üzere asorti 180lik kutularda olmalıdır.
- e) Paper Pointlerin uzunlukları 20mm. olmalıdır.
- f) 0.6 açılı 20lik olmalıdır.

Ebu Bekir GÜLMEZ
Tıbbi Aletler ve Cihazlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı



Behmet BİÇER
Tıbbi Aletler ve Cihazlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı



Dr. Y. M. H. S. L. M.
Diş. Mes.
Tıbbi Aletler ve Cihazlar
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
T.C. Sağlık Bakanlığı



