

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

02.08.2022

Sayı: 575

Konu: İNNOMED MARKA DEFİBRİLATÖR CİHAZI İÇİ 3 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.08.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DEFİBRİLATÖR EKРАН KARTI			1	Adet		
2	DEFİBRİLATÖR CİHAZI LCD EKРАН			1	Adet		
3	DEFİBRİLATÖR ÖN KORUMA KASASI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

DEFİBRİLATÖR CİHAZI TAMİR VE BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tamir edilecek defibrilatör cihazı fonksiyon kaybı olmayacak veya var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 2) Tamir edilecek olan defibrilatör cihazı için kullanılacak olan parçalar innomed marka cihaza uygun olmalıdır.
- 3) Tamir edilecek olan defibrilatör cihazı için kullanılacak olan parçalar innomed marka cihazının orijinal parçaları olmalıdır.
- 4) defibrilatör için dış kasa,ekran,ekran kartı ve EKG kablosu olup hata dataları ayıklanacaktır. İNNOMED markaya uygun olacaktır.
- 5) Tamir edilecek olan defibrilatör parçaları 360B modeline uygun ve orijinal olmalıdır.
- 6) Tamir edilecek olan defibrilatör cihazın tüm ayarlamalar yapıp sistem aktif hale getirilecektir.
- 7) Teklif veren firmalar cihaz tamiri için tamamen kendi imkanlarını kullanacak, tamir için lazım olabilecek her türlü iş gücü, cihaz ve sarf malzemeyi kendileri temin edecektir. Kurumumuz bu tür ihtiyaçları karşılamak veya hazır bulundurmamak zorunda değildir.
- 8) Tamiri gerçekleştiren firma cihaza tamir sonrası aynı arızaya karşı garanti verecek.
- 9) Tamiri gerçekleştiren firma tamir sonrası tamir esnasında yapılan işlemleri ve değişen parçaları gösteren servis raporu ve garanti belgesini biyomedikal servisine teslim edecektir.
- 10) Cihazın Tamir işlemi kesin sipariştten itibaren en fazla 2 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre sonunda cihaz tam olarak çalışır durumda teslim edilmiş olmalıdır.
- 11) Cihaz tamir sonrası şartname ve sipariş belgesinde istenilen evrakların hepsi tamamlanmış olarak teslim edilecektir. Evrak eksikliğinden kaynaklı gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
- 12) Yükleniciler, teknik şartnamede yer alan özelliklerin değerlendirilmesine imkan sağlaması açısından teklif ile birlikte teknik şartnamede belirtilen tüm şartları karşılayıp, karşılamadıklarını (maddeler halinde) taahhüt etmelidirler.
- 13) Defibrilatör cihazına teklif veren firma ,yetkili firmanın belgesine sahip olmalıdır.


Fırat DURAN
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu


Selda YAGIZ ERTURK
Hemşire