

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

08.08.2022

Sayı: 599

Konu: DERMATOSKOP SİSTEMLERİ, EL TİPİ OPTİK DERMATOSKOPI CİHAZI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.08.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DERMATOSKOP SİSTEMLERİ, EL TİPİ OPTİK DERMATOSKOPI CİHAZI			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLUMİNESANS
DERMATOSKOP SİSTEMİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

01. Cihaz Malign Melanomun erken tanısının ve diğer dermatolojik tetkiklerin kolayca yapılabilmesi ve deri katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
02. Dermatoskop epilüminesans özellikli beyaz ve sarı olarak iki çeşit ışığa sahip olmalıdır.
03. Minimum 10 (+/- % 10) büyütme olmalıdır.
04. Dermatoskop bakış lens genişliği en az 30mm olmalıdır.
05. Cihaz toplamda 24 adet LED aydınlatmaya sahip olmalıdır.
06. Cihaz Aşağıdaki MOD değişimleri ile farklı yapıdaki lezyon incelemelerine olanak sağlamalıdır.
 - a- 12 LED Polarize Görüntü
 - b- 6 LED NON-Polarize Görüntü
 - c- 12 LED Polarize + 6 LED Turuncu Özel Pigmente yapısı izleme
 - d- 6 LED Turuncu Özel Pigmente yapısı izleme
 - e- 6 LED NON-Polarize Görüntü - 6 LED Turuncu Özel Pigmente yapısı izleme
07. Cihaz beyaz ve sarı ışıkları birlikte ve ayrı ayrı çalışmasına olanak sağlamalıdır.
08. Cihazla birlikte, enfeksiyon riskine karşı koruma olarak 5 adet tek kullanımlık koruyucu kılıf verilmelidir.
09. Dermatoskop şarj edilebilir olmalıdır.
10. Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır.
11. İstendiğinde immersion yağlı ve yağsız kullanılmalıdır.
12. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak cevaplandırmalıdır.
13. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve bu belgenin asıl veya suretini teklifle birlikte vermelidirler.
14. Teklif verecek üretici ve/veya ithalatçı firmaları ile bu firmaların adı altındaki bayileri "T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" tarafından onaylanmış "Klinik Destek Elemanı" belgesi zorunluluğu gereğince ilgili belgeyi vermelidirler.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.
Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.
Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Gökhan ÇINAR
Deri ve Zührevi Hast. ABD
Diy. Tıp. No: 186296