

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

11.08.2022

Sayı: 612
Konu: CRYO CİHAZI ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.08.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	CRYO CİHAZI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

DERMATOLOJİK AMAÇLI CRYO CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

CRYO CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- CRYO CİHAZI ERGONOMİK BİR DİZAYNA SAHİP OLMALIDIR.
- CİHAZ DERMATOLOJİK TEDAVİLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLMALI VE BUNUN İÇİN GEREKLİ AKSESUAR CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.
- CİHAZ TAŞINABİLİR OLMALI VE EN AZ 0.5 lt. SIVI AZOT KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- CİHAZ TEKRAR TEKRAR DOLDURULABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
- CİHAZ ÜZERİNDE YÜKSEK BASINÇ HALİNDE EMNİYET VE TAHLİYE VALFİ OLMALIDIR.
- CİHAZIN SPREY UÇLARI CİHAZA KOLAYCA MONTE EDİLEBİLECEK VE KAÇAK OLUŞMASINI ÖNLEYECEK ŞEKİLDE VİDALI TİP OLMALIDIR.
- CİHAZ GÖVDESİ VE SPREY TETİĞİ KULLANICIYI SOĞUKTAN KORUYACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- CRYO TABAĞI HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
- CİHAZ YÜKSEK GERİLME DİRENCİNE SAHİP PASLANMAZ ÇELİK OLMALIDIR.
- CİHAZ İLE İLGİLİ TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU VERİLMELİDİR.
- CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLECEK OLAN PROB UÇLARI OKSİDASYON VE KARARMAYA KARŞI DAYANIKLI OLMALI VE ALTIN KAPLAMA YAPILMALIDIR.
- TEKLİF VERECEK OLAN ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMALAR İLE BU FİRMALARIN ADI ALTINDAKİ BAYİLERİ T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLMALIDIR.
- CİHAZ VE TÜM PROBLARI T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ BARKOD NUMARASINA SAHİP OLMALI VE BU BELGELER DE TEKLİFLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

CİHAZ İLE BİRLİKTE AŞAĞIDAKİ AKSESUARLAR VERİLMELİDİR:

- 4 ADET SPREY UÇ (A,B,C,D) -ALTIN KAPLAMA OLMALIDIR.
- 1 ADET UZUN EĞİK SPREY UÇ-ALTIN KAPLAMA OLMALIDIR.
- 1 ADET 2cm DÜZ SPREY UÇ- ALTIN KAPLAMA OLMALIDIR.
- 1 ADET KONTAK PROB – ALTIN KAPLAMA OLMALIDIR.
- 4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAĞI 1,5–3–5–8mm MİNİ SET. HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
- 4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAĞI 10–12–15–18mm MAXİ SET. HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
- 1 ADET 4–7–9–12mm GENİŞLİĞİNDE TEK PARÇA BÖLGE SINIRLAYICI
- 8 ADET 6–11–16–20–25–30–35–38mm GENİŞLİĞİNDE ŞEKİLSİZ DOKULAR İÇİN BÜKÜLEBİLİR CRYO CONE
- 1 ADET SPREY PROB STANDI
- 1 ADET CRYO CİHAZI STAND (MASA ÜSTÜ TABANLIK)
- 1 ADET CİHAZ VE AKSESUAR TAŞIMA ÇANTASI
- 1 ADET SIVI AZOT AKTARMA ÜNİTESİ

GARANTİ VE BAKIM-ONARIM:

CRYO CİHAZI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 (iki) YIL ÜCRETSİZ, 10 (ON) YIL ÜCRETLİ BAKIM ONARIM

VE YEDEK PARÇA GARANTİLİ OLMALIDIR.


Firat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu


AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Sedat ÇETİN
Biyomedikal Cihaz Teknikeri