T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Patnos Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.09.2022

Sayı:206
Konu: HİDROJEN PEROKSİT CİHAZ BAKIM KİTİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.09.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	HİDROJEN PEROKSİT OTOKLAV CİHAZI BAKIM KİTİ			1	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2022
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI BAKIM KİTİ

Bakım Kiti; karbon filtre, yağ ve yağ filtresi, hepa filtre, ewap contası, 1 adet kapak contası, 2 adet kartuş iğnesi ile sistemdeki kartuş ile kazan arasındaki tüm hortumların değişmesini kapsamaktadır.

Ewap contası, Cihaza uyumlu olmalı ve buharlaştırıcının aktif çalışmasına engel olmamalı yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır.

Yağ Filtresi ve Yağ; Eryiğit marka hidrojen peroksit düşük ısı sterilizatörüne cihazına uygun olmalıdır. Material kısmı hafif çelikten üretilmiş olmalıdır. Vakum bağlantı girişi DN/KF40 olmalıdır. Oring Contalı olmalıdır.48 m^3 / 57 m^3 saat/dk kadar pompalar için uygun olmalıdır. Filtresi 150 ml Sorbent alüminyum carbon olmalıdır. Sisteme uyumlu 2 LT yağ olmalıdır.

Aktif Karbon Filtre; Vakum pompası egzozundan yağ ve dumanı izole etmektedir. Pompa buharından temiz odaları korumaktadır. Yağ tortusunun mobilya, duvarlar ve zemine yapışmasını engellemektedir. Hastane kokularını, gıda kokuları gibi kullanılma amaçlı olmalıdır. 190 ml boyunda 70 ml çapında olmalıdır. Eryiğit plazma kullanılan pompa sistemine uygun olmalıdır.

Hepa Filtre; Eryiğit marka hidrojen peroksit düşük ısı sterilizatörüne cihazına uygun olmalıdır. 0,01 mikron olmalıdır. Filtre kısmı Hidrofobik PTFE Membran olmalıdır. Gövde malzemesi Polipropilen olmalıdır. Filtre dış kısmı poliüretan olmalıdır. Filtrenin ölçülen kabarcık nokta ≥1,1 bar (60%IPA) (20 ◦C) olmalıdır. Bağlantı kesiti 20 ◦C olmalıdır.

Kartuş ile kazan arasındaki plastik hortumlar hidrojen peroksit sıvısına dayanıklı olmalıdır.

Osman Özyılcı