



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
15/09/2022 08:56 - E-68917221 - 949 - 1056



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET KİT-AŞI VE İLAÇ SAKLAMA İÇİN BUZDOLABI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **22.09.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

Vedat ZENGİL

İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KİT-AŞI VE İLAÇ SAKLAMA İÇİN BUZDOLABI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2ea9e6db-2860-4410-9626-887b2735b4db Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com



## KİT - AŞI ve İLAÇ SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Cihaz 220 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
- 2- Cihaz, 0/+10°C çalışma aralığında istenilen sıcaklık değerine ayarlanabilmelidir.
- 3- Cihazın iç hücresi ve tavan tipi evaporatör muhafaza saçı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 4- Cihazın dış gövdesi paslanmaz çelik saçtan imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Cihazın iç hücre sac yapısı, kir tutmaması ve kolay temizlenebilmesi amacıyla yuvarlatılmış köşelere sahip olmalıdır.
- 6- Cihaz, tavan tipi güçlendirilmiş fanlı soğutma sistemine sahip olmalıdır.
- 7- Cihaz homojen bir soğutma sistemine sahip olmalı, evaporatör verimliliğini korumak için otomatik defrost fonksiyonuna sahip olmalıdır.
- 8- Cihazın kontrol panelinde 220V AC sistem aktivasyonu ve de-aktivasyonu için ON/OFF kilitli anahtar butonu mevcut olmalıdır.
- 9- Cihaz, 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilir mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazına sahip olmalıdır.
- 10- Cihazın LED kabin içi aydınlatması kontrol panelinden tek tuş ile kontrol edilebilmelidir.
- 11- Cihazın mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı ara yüzüne erişim sağlanarak hafızaya alınan son 9 (dokuz) alarm kodu ve oluşum süreleri sergiletebilmelidir.
- 12- Cihazın sıcaklık sensörleri 0,5°C ≤ ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.
- 13- Cihazın alarm sistemi ; alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, kapı 2 dakikadan fazla açık kaldığında, sıcaklık sensörü arızasında sesli ve görsel olarak kullanıcıyı uyarmalıdır.
- 14- Cihaz, kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir anti-bakteriyel manyetik kapı contasına sahip olmalıdır.
- 15- Cihaz, yoğuşma önleyici kapı çerçeve rezistansına sahip olmalıdır.
- 16- Cihazın kapısı çift ısı camlı olmalıdır.
- 17- Cihazın kapısı kilitlenebilir olmalıdır.
- 18- Cihaz, dıştan tutma, ergonomik kapı kulpuna sahip olmalıdır.
- 19- Hücre içerisinde 10 adet plastik kaplamalı çelik tel raf bulunmalı ve rafların yüksekliği kullanıcının isteğine göre ayarlanabilmelidir.
- 20- Cihaz, çevre dostu HCFC içermeyen, yüksek yoğunlukla enjekte edilmiş en az 60 mm. kalınlığında poliüretan izolasyon duvarlarına sahip olmalı bu sayede iç hücredeki soğuk hava daha uzun süre muhafaza edilebilmelidir.
- 21- Cihazın soğutma grubu, yukarıda konumlandırılmış olmalıdır bu sayede kullanılabilir iç hacim raflarına kullanıcı tarafından daha kolay erişim sağlanabilmelidir.
- 22- Cihaz, CFC içermeyen R134a soğutucu akışkan gaz ile çalışan termal korumalı, sessiz ve titreşimsiz hermetik tip kompresöre sahip olmalıdır.
- 23- Cihaz, +32°C %65 nem ortam sıcaklığına kadar çalışabilmelidir.
- 24- Cihaz, kolay hareket kabiliyeti için her yöne hareket edebilen frenli-frensiz tekerlek sistemine sahip olmalıdır.
- 25- Cihaz bürüt 1242 litre iç hacme sahip olmalıdır.
- 26- Cihazın dış ölçüleri 1325x830x2110 mm. ; iç ölçüleri 1200x690x1500 mm. olmalıdır.
- 27- Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz ; 10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
- 28- Üretici firma ISO 9001 : 2015, ISO 13.485 : 2016 kalite yönetim sistemi, ve TSE (HYB) 12.426 Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.
- 29- Ürünün CE sertifikası mevcut olmalıdır.

30- Firma tarafından güncel fotoğraf gönderilmesi,  
31- UBB kodu olmalıdır.

255-01-05-01-241008831

BUZDOLABI-SOĞUTUCU ÜNİTELER, MEDİKAL AMAÇLI SOĞUTUCU ÜNİTE  
DTR TİP (+2/+8°C)