

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.09.2022

Sayı: 707

Konu: ACİL TOMOGRAFİ BİRİMİ İÇİN BASINÇLI UZATMA HATTI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.09.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	UZATMA HATTI 250 PSİ M/M 120CM			1500	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

BASINÇ HATTI 250 PSI 120 CM UZATMA SETİ

- 1-Konnektörler katater ile otomatik pompa şırıngası arasındaki bağlantıyı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır
- 2-250 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
- 3-PVC den imal edilmiş olmalıdır.
- 4-İç çapı 1.5±0.1mm ve dış çapı 3.0±0.1 olmalıdır.
- 5-Basınç hatları 120 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 6-Bir ucu erkek diğer ucu dişi olmalıdır.(M-F) Uçlar sabit yapıda olmalıdır.
- 7-Kliniğin otomatik opak pompa makinası ile uyumlu olmalıdır.
- 8-Kullanım sırasında hortum king yapmamalıdır.
- 9-Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.Sonradan yapıştırma etiket olmamalıdır.
- 10-Ambalaj üzerinde sterilizasyon yöntem. lot ve son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
- 11-1 (Bir) adet numune deneme amaçlı bırakılmalıdır.Nihai karar numune denendikten sonra verilecektir.

Rad.olsü Tiberkari
SUNT DAYAN


Uzm.Dr. Ahmet Terzcan


Rad. Birim. Sor.
Asiye BAYAL
