

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.09.2022

Sayı: 710

Konu: FİZİK TEDAVİ BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.09.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No                | Malzeme Adı                         | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|-------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1                   | COLD PACK (soğuk paket )            |          |     | 10     | Adet   |              |              |
| 2                   | HOT PACK ( SICAK PAKET BOYUN İÇİN ) |          |     | 10     | Adet   |              |              |
| 3                   | HOT PACK ( SICAK PAKET DİZ İÇİN )   |          |     | 10     | Adet   |              |              |
| <b>Genel Toplam</b> |                                     |          |     |        |        |              |              |

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## HOTPACK PEDLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici toz halinde kimyasal bulunmalı ve bu pedlerin içindeki kimyasal madde su ile temas edince jel haline dönüşmelidir. Pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapan malzemeler olmamalıdır.
2. Pedler, küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.
3. Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
4. Pedlerin en az iki kenarında pedleri hot pack cihazının içindeki askıya asmak için kumaştan dikilmiş kulplar olmalıdır.
5. UBB kodu olmalıdır.
6. Pedler +/- 3cm aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.  
a)61 cmlik boyun için hotpack

Uzm. Dr. Ramazan Cem TOPÇUOĞLU  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dip. Tese. No: 173837

  
**Umut ÖZCAN**  
Fizik Tedavi Uzmanı

## HOTPACK PEDLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza edici toz halinde kimyasal bulunmalı ve bu pedlerin içindeki kimyasal madde su ile temas edince jel haline dönüşmelidir. Pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapan malzemeler olmamalıdır.
2. Pedler, küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla kaplanmış olmalıdır.
3. Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.
4. Pedlerin en az iki kenarında pedleri hot pack cihazının içindeki askıya asmak için kumaşdan dikilmiş kulplar olmalıdır.
5. UBB kodu olmalıdır.
6. Pedler +/- 3cm aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.  
a)25x50 cm diz-omuz için

Uzm.Dr. Hamzaan Cem TOPRAKÇI  
Adı Devlet Hastaneleri  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dok. İssac No: 173837

**Umut ÖZCAN**  
Fizik Tedavi Teknikeri

## Cold Pack Pedi Teknik Şartnamesi

1. Pedler, fizik tedavi kliniklerinde soğuk uygulama amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Pedlerin içinde soğuğu veya sıcaklığı uzun süre koruyabilecek sağlığa zararlı olmayan jel bulunmalıdır.
3. Pedler, derindondurucu içerisinde tutulduğunda soğuk uygulama amacıyla, ihtiyaç halinde, sıcak su içine atılarak ya da mikrodalga fırın içine konularak sıcak uygulama amacıyla kullanılabilir.
4. Pedlerin dış yüzeyi, çabuk deforme olmayan sağlam vinil malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
5. Pedler, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalı, CE belgesi bulunmalıdır.
6. Pedlerin 20 cm X 30 cm ölçülerinde olmalıdır.
7. UBB kodu olmalıdır.

Uzm. Dr. Ramazan Cem TORCUOĞLU  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No: 173837

Umut ÖZCAN  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı