



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi ₺ üzerinden 26.09.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin		KDV Hariç Teklif			
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Temassız Ateş Ölçer	5	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi <a href="mailto:satinalmaeleskirtdh@gmail.com">satinalmaeleskirtdh@gmail.com</a>		Teklif Eden ...../...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza			

Ek:

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ 5 ADET

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI  
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ  
22/09/2022 11:26 - E-36472700-949-1262  
00174237055

1. Temassız ve alından ölçme modu mevcut olmalıdır.
2. Kesin, tutarlı ve hassas ölçümler yapmalıdır.
3. Temassız olarak Non-invazif alından 2.5 cm'ye kadar ölçüm yapmalıdır.
4. 2 saniyede ölçüm yapmalıdır.
5. Yönlendirme sistemi & nişan alma ışığı olmalıdır.
6. Doğru ölçüm almayı sağlayan yakınlık sensörü ve doğru nokta saptama için pozisyonlandırma sistemi mevcut olmalıdır.
7. Yeni doğanların, çocukların ve yetişkinlerin kullanımına uygun olmalıdır.
8. Sıvı kristal ekrana sahip olmalıdır. Ekran kolay okunabilen geniş LCD ekran olmalıdır.
9. Ölçüm aralığı 34 °C – 43 °C aralığında olup doğruluğu 0.2°C olmalıdır.
10. Çalışma sıcaklığı 15°C – 40 °C aralığında olmalıdır.
11. Karanlıkta ölçüm yapabilmek için arka ekran ışığı ve sessiz modu bulunmalıdır.
12. C (Celsius) ve F (Fahrenheit) olmak üzere iki değerde ölçüm yapabilmelidir.
13. 4 adet AAA şarjlı pil ve koruyucu kapağı cihaz ile birlikte verilmelidir.
14. Cihaz komisyon tarafından kontrol edilip denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.
15. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren, yetkili firmaca onaylanmış "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır, bu belgede yer alacak cevapların da orijinal dokümanlardaki bilgilerle aynı olmalı, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
16. Ürünler eğitim amacı ile kullanılacağından, ürünün dayanıklılığı ve sürdürülebilir kullanımı açısından Çin menşei olmamalıdır.
17. Ürünün belirtilen tüm özellikleri karşılması durumunda, uygun fiyatta olması ve eğitimin aksamaması açısından zamanında teslimi önem taşımaktadır. Teslimat firmanın sorumluluğunda olup, giderler firmaya ait olacaktır.
18. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına ilave olarak 2 (iki) Yıl ücretsiz garantili olmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Dr. Şahir ŞAHİN SAFA  
Dip. Tes. No: 245381

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Erkan KAHRAMAN  
Acil Servis ve Personel  
Birim Sorumlusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi  
Dr. Esma F.KARABACAK  
Dip. Tes. No: 245087