



228 'LİK KAN NUMUNE ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün, kan örneklerini transfer etme amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. **40 x 30 x 16** cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Kan örnek taşıma seti gövde, kapak ve tüp sporları olmak üzere 5 ayrı parçadan oluşmalıdır.
4. Taşıma setinin, gövde ve üst kapağını kilitlemek amacıyla sağ ve solda olmak üzere iki adet kilitleme sistemi olmalıdır.
5. Kan numune Transfer seti güvenli olarak taşınabilmesi için üst kapak gövdeye arka kısımdan 2 ayrı noktadan menteşeleme sistemi ile sabitlenmelidir.
6. Kan numune taşıma çantası Taşıma kulpu setin üst kısmında hareketli olmalıdır.
7. Kan tüpü taşıma Setinin kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 180° hareketli olmalıdır.
8. Kan tüpü taşıma çantasının 3 yüzeyinde '**Kan Tüpü Taşıma Çantası**' yazmalıdır. Ayrıca güvenlik uyarı yazıları da olmalıdır.
9. Kan numune taşıma çantası, bilinçsiz müdahaleleri önlemek amacıyla kilitlenebilir özelliğe sahip olmalı, ayrıca mühür veya kilit takılabilmesi için özel bölmesi bulunmalıdır.
10. Ürün, ısıya ve darbelere mukavemetli kalitesi yüksek orijinal plastikten üretilmiş olmalıdır.
11. **Kan Tüpü Taşıma Çantası en az 3 adet sporla en az 228 adet kan örnek tüpünü taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.**
12. Her sporun kulpu olmalıdır.
13. Kan numune taşıma çantası Kırmızı, mavi, gri, beyaz veya sarı renkte olmalıdır.
14. Kapak ve gövde aynı renkte olmalıdır.

Dr. Turan SAYDAM

İlçe Sağlık Müdürü

Bircan ARAS

Hemşire

Tenzile UYSAL

Sağlık Memuru



15 İDRAR - 16 GAİTA NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün idrar ve gaita numunelerini transfer etme amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. **40 x 30 x 16** cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Gövde ve üst kapağını kilitlemek amacıyla sağ ve solda olmak üzere iki adet kilitleme sistemi olmalıdır.
4. İdrar Gaita Taşıma Setinin güvenli olarak taşınabilmesi için üst kapak gövdeye arka kısımdan 2 ayrı noktadan menteşeleme sistemi ile sabitlenmelidir.
5. Taşıma kulpu setin üst kısmında hareketli olmalıdır.
6. Setin kapak ve gövdesi birbirine monteli en az 180° hareketli olmalıdır.
7. İdrar Gaita Numune taşıma çantasının 3 yüzeyinde 'İdrar - Gaita Taşıma Çantası' yazmalıdır. Ayrıca güvenlik uyarı yazıları da olmalıdır.
8. Set, bilinçsiz müdahaleleri önlemek amacıyla kilitlenebilir özelliğe sahip olmalı, ayrıca mühür veya kilit takılabilmesi için özel bölmesi bulunmalıdır.
9. Ürün, ısıya ve darbelere mukavemetli kalitesi yüksek orijinal plastik hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
10. İdrar Gaita Numune Taşıma Seti **1 adet sporla en az 15 adet idrar bardağını ve 16 adet kaşıklı gaita kabını taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.**
11. Numune taşıma çantasının içinde metal aksesuara rastlanmamalıdır. bu sayede paslanmaların oluşumu engellenmelidir.
12. İdrar Gaita Taşıma Çantası Modüler olmalı, İstenildiğinde üst üste 2 çanta taşınabilmeli, Bu sayede aynı anda en az 30 idrar 32 gaita taşınabilmelidir.
13. İdrar Gaita taşıma Çantası rengi GRİ veya SARI olmalıdır.
14. İdrar Gaita taşıma çantasının kapağı ve gövdesi aynı renk olmalıdır. Farklı renklerde olmamalıdır.

Dr. Turan SAYDAM

İlçe Sağlık Müdürü

Bircan ARAS

Hemşire

Tenzile UYSAL

Sağlık Memuru