




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi

TIBBİ ATIK TULUMU (2 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Turuncu renkte olmalıdır.
- 2.Tulum şeklinde olmalıdır.
- 3.Yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kumaştan olmalıdır.
- 4.Polo yaka olmalı ve uzun düz kollu olmalıdır.
- 5.Tulum siparişi sırasında S-M-L-XL-XXL ve isteğe bağlı özel ölçülerde hazırlanabilmelidir.Ölçülere idare karar verecektir.
- 6.Tulum arka kısmında "ULUSLARARASI BİOTEHLİKE AMBLEMİ" İLE "DİKKAT TIBBİ ATIK" yazısı baskısı olacaktır.İdarenin isteğine bağlı olarak ön kısmında üst cebin üstüne "TIBBİ ATIK PERSONELİ" yazısı eklenebilmelidir.
- 7.Tıbbi atık kıyafeti standart tulum şeklinde hazırlanmalıdır.
- 8.Tıbbi atık kıyafetinin kumaşı koruyucu nitelikte olup,yarılmaya karşı dayanıklı ve sıvı geçirmez olacak,tulum yıkandığında solmayan,boya vermeyen ve çekmeyen kaliteli kumaştan yapılacak.
- 9.Belde yarım lastik ,kaliteli fermuarlı olacak.
- 10.Kollar düz olacak.
- 11.İthal polyester gabardin(%65 pamuk,%35 polyester) kumaş kullanılacak.

Sağlık Tek. Erhan ADIYAMAN SHM Çalışanı 	Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi 	Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi 
--	--	---

2



AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi




TIBBİ ATIK ÇİZMESİ (2 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Su geçirmez olacak.
- 2.İğne batmaz kauçuktan olmalıdır.
- 3.Diz altı hizasında olmalıdır.
- 4.Yıkamaya ve kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5.PVC nitril kauçuk esaslı malzemedен imal edilmiş tabanı sert kauçuktan olmalıdır.
- 6.Sağlam ve kaymayan bir alt yapıya sahip olmalıdır.
- 7.İç yüzeyi pamuk astarlı ve terletmeyen yapıda olmalıdır.

<p>Sağlık Tek. Erhan ADIYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı****Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi****TIBBİ ATIK ELĐVENİ (2 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Tabii latekten, tekstil takviyeli, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip olmalıdır.
- 2.Yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı olacak.
- 3.Kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak.
- 4.Üstü tamamen kaplı,iç astarı kaliteli olacak.
- 5.Rengi turuncu olacak.
- 6.Tıbbi atık eldiveni kesici ve delici mukavemeti yüksek,kullanıcıyı iğne ve keskin materyallerden koruyucu özelliği bulunmalıdır.
- 7.Tıbbi atık eldiveni CE ve uluslararası standartlara uygunluğu bulunmalıdır.
- 8.Eldivenler kaliteli kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 9.Kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 10.Kaymayı engellemek için eldivenin üzeri tırtıklı olmalıdır.

<p>Sağlık Tek. Erhan ADİYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı****Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi****TIBBİ ATIK MASKESİ (10 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Yüze uymayı sağlayan ayarlanan lastikleri olmalıdır.
- 2.Toz,sis,mikrop ve dumana karşı koruyucu özelliğinde olmalıdır.
- 3.Buruna gelen kısım metal takviyeli olmalıdır.
- 4.Her iki yanda kulak tutucu lastikleri olmalıdır.
- 5.Beyaz renkli olmalıdır.
- 6.Mikroorganizmaların geçişini engelleyecek filtresi olmalıdır.
- 7.Tıbbi atık maskesi standartlarına uygun filtrelili koruyucu özellikte olmalıdır.

<p>Sağlık Tek. Erhan ADİYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Demirbaş Malzemesi

TROMEL (1 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün gövdesi paslanmaz metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Ürünün kapakları yana doğru açılabilmelidir.
3. Ürünün kapaklarında kilit bulunmalıdır.
4. Ürünün gövdesi üzerinde hava menfezleri olmalıdır.
5. Ürünün tüm metal aksamı 304 kalite krom-nikel paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Ürünün ölçüleri 240(Çap) x 240(Y) mm olmalıdır.

<p>Hemşire Elif AYDIN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---


AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi

KORUYUCU GÖZLÜK (1 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dezenfekte edilebilmeli ve tekrar kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tıbbi ve Medikal kullanıma uygun olmalı.
3. Şeffaf polikarbonat camlı, tam korumalı, ventilsiz, elastik bantlı, çok hafif, antirefleksif olmalı ve buğu yapmamalıdır.
4. Kullanıcıyı kan, vücut sıvılarına ve diğer potansiyel enfekte sıvılara karşı korumalıdır.
5. Gözlük sapları ve bantların uzunluğu yüz konturlarına rahat uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilmelidir.
6. Gözlük bileşenleri çarpmaya dayanıklı materyalden yapılmış olmalı ve kırılma bile yaralanmalara sebep olabilecek keskin kenarlar oluşturmamalıdır.
7. Hijyen ve sağlık açısından zararlı bir madde içermemelidir.
8. Gözlük su ile yıkanabilmeli ve yumuşak bir bezle silinebilmelidir L) 1/5/2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Yönetmeliği (2016/425 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü) hükümlerine uygun olmalı M) TS 5560 EN166 standardına uygun olmalı ve standarda uygunluk belgelenmiş olmalıdır.

<p>Sağlık Tek. Erhan ADIYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi

TEHLİKELİ ATIK POŞETİ (200 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Sarı renkte olacaktır.
2. Tehlikeli atık poşetlerin eni 80 cm, boyu 110 cm ebatlarında olacaktır.
- 3.Tek kat kalınlığı 45 mikron, çift kat kalınlığı 90 mikron olacaktır.
4. Geri dönüşüm ürünü olmayan, orijinal polietilen hammaddeden üretilecektir.
5. Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "TEHLİKELİ ATIK" ibaresi yazılacaktır.
- 6.Kokusuz ve pürüzsüz olacaktır, hava kabarcıkları içermeyecektir.
- 7.Körüksüz ve sızdırmaz olacaktır.
- 8.En az 10 kg taşıma kapasitesine sahip olacaktır.
9. Esnek özellikte olup yırtılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
- 10.Yüklenici, ihale sonrası teslim edilen malda(seri ise seride) hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olması veya malda gizli ayıpların olması halinde, teknik şartnameye uygun bir mal (seri)ile değiştirilecektir.

<p>Sağlık Tek. Erhan ADİYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---


AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi

AMBALAJ ATIĞI POŞETİ (200 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Çöp torbası toplama/atık maddelerden imal edilmemiş olmalıdır.
- 2.Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 3.Çöp torbası kokusuz ve sızdırmaz olmalı,kolay yırtılmamalıdır.
- 4.Çöp torbası 80*110cm ebatında olmalıdır.
- 5.Çöp torbası 10 'lu rulo paket halinde olmalıdır.
- 6.Çöp torbası iki kat 70 mikron ağırlığında olmalıdır.
- 7.Çöp torbası mavi renkte olmalıdır.
- 8.Çöp poşeti üzerinde GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK yazısı ve amblemi bulunmalıdır.
- 9.TSE/TSEK belgesi olmalıdır.

<p>Sağlık Tek. Erhan ADIYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---




AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Bina İçi ve Dışı Demirbaş (Yapı-Onarım) Malzemesi

TIBBİ ATIK KONTEYNERİ (1 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilecektir.
2. Konteyner TS EN 840 Standardına uygun olacaktır.
3. Konteynerlerin tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamülden yapılmış olacaktır.
4. Tekerlek aks mili galvaniz kaplı veya paslanmaz malzemeden olacaktır.
5. Konteyner hacmi 770-800 Lt kapasiteli olmak üzere 4 tekerlekli ve üstten kapaklı olacaktır.
6. Konteynerlerin tekerlek dönüşleri kolay olacak, genel anlamda konteyner rahat taşınabilir olacaktır.
7. Konteynerler koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip, güneş ısısından etkilenmeyecek aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
8. Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak ve bu şok etkisinde hiçbir deformasyon ölçü ve diğer özelliklerinde değişiklik olmayacaktır.
9. Konteynerlerin gövdeleri düşmeye karşı dayanıklı olacak, sızma, çatlama ve yarıma göstermeyecektir.

<p>Sağlık Tek. Erhan ADIYAMAN SHM Çalışanı</p> 	<p>Uzm. Dr. Onur ACAR Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 	<p>Uzm. Dr. Emir Gaffar IŞIK Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi</p> 
--	--	---