



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRLİMİ
28/10/2022 11:39 - E-36472700-000-954
001 77042690

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 01.11.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Diyalizör 1.8-1.9	750	ADET		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> satinalmaeleskirdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C. SAĞLIK
BAKANLIĞI
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
DİYALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ



I-GENEL ÖZELLİKLER/

DİYALİZÖR SENT. MBRN. 1,8-1,9

- 1-Diyalizörlerin Membran metaryali biouyumlu tam sentetik (PAN,PMMA,polyamid poroktan, polysulfaone, Polyethersulfone) olmalıdır
- 2-Diyalizör hollowfiber yapıda olmalıdır
- 3-Diyalizörlerin membran yüzey alanı ve miktarı aşağıda belirtildikleri gibi olacaktır.
- 4- Diyalizörlerin ultrason katsayısı (Kuf Değeri 30-85 ml/saat/mmHg) arasında olmalıdır.
- 5-Diyalizörlerin maksimum TPM 500mmHg basıncına dayanıklı olmalıdır.
- 6-Diyalizörün yıkanması esnasında kullanılan serum fizyolojik miktarı 1000 ml'yi geçmemelidir.
- 7-Diyalizörler steril olmalı sterilizasyon yöntemi Gama veya Buhar olmalıdır.
- 8-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
- 9-T.C. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.
- 10-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi, lot ve referans numarası unmalıdır.
- 11-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SÜT KOŞULLARINA UYMALI ve Türkçe olmalıdır.
- 12-Sözleşmenin imzalanmasına müteakip merkezin isteği doğrultusunda partiler halinde teslim edilecektir.
- 13-İhaleye iştirak eden firmalar teklif edecekleri ürünlere ait orijinal dökümanları ve 5(beş)adet numuneyi ihaleden 7 gün önce üniteye teslim edeceklerdir. İhale günü getirilen numuneler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 14-Firma üretim hatası olan veya kırılan ve patlayan ürünleri bire (1) oranında değiştirmeyi taahhüt edecek ve bu belge ihale dosyasında unacaktır.
- 15-Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmayan ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
28/10/2022 11:39 - E-36472700-000-954



00177042690

DİYALİZ SORUMLUSU
ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ
ESRA DÜZ

DİYALİZ HEMŞİRESİ
M.NURİ ÇETİN