



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
28/10/2022 11:39 - E-36472700-000-954



00177042690

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 01.11.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Arter-Ven Seti	750	ADET		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödeme yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



1-GENEL ÖZELLİKLER/

19-ARTER - VEN SETİ (NİBRO) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Nibro Surdial hemodiyaliz cihazına uyumlu olmalı, Arter ve ven setinde birer adet olmak üzere cihaza uyumlu 2 adet adaptör setin içinde takılı hazır bulunmalıdır.

Arter ucunda intravenöz spike (priming spike) adaptörü bulunacaktır. BVS (Blood Volume Sensor) teknolojisini kullanan kısım A/V Setinde pompadan hemen sonra olmalı ve bu teknolojiyi sorunsuz bir şekilde çalıştırmalıdır.

Arter tarafında heparin hattı (70-100 cm), ven tarafında protamin hattı bulunacaktır.

Arter ven setinde sadece ven hattında hazne bulunmalıdır. Ven setinde hava haznesi (drip chamber) olmalı, haznelere kapalı olmalı, köpüklenmeyi ve pıhtılaşmayı azaltıcı bir şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ven setinde pıhtı tutucu filtre bulunmalıdır. Haznelerde basınç ölçmek ve numune almak için en az 3 adet çıkış adaptörü olmalıdır. Adaptörler üzerinde empler olmalıdır.

Arter hattı üzerinde arter yastığı bulunacaktır. Arter seti üzerinde 1 adet klemp ve infizyon yolu yer almalıdır.

Ven hattında enjeksiyon portu bulunacaktır. Ven seti üzerinde 1 adet klemp olmalıdır. Ven seti çıkışında bir adet torba bulunmalıdır. ayrıca torbanın bağlı kısmında yıkamada serum atıklarının toplamak için klemp olmalı, klempler kilitli ve sağlam olmalıdır.

Setin uçlarında diyalizere ve fistül iğnelere uyumlu emniyetli adaptörler olmalıdır.

Set Gama veya Beta sterilizasyonla steril edilmiş olacaktır. Arter ve ven setleri tek ambalajda olmalıdır.

BİRİM SORUMLUSU

ERGÜL YAMAN

DİYALİZ HEMŞİRESİ

M.NURİ ÇETİN

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
28/10/2022 11:39 - E-36472700-000-954
00177042690