

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

01.11.2022

Sayı: 809

Konu: LABORATUVAR BİRİMİ İÇİN BRUCELLA LAM AGLUTİNASYON 5 ML LİK ŞİŞE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 07.11.2022 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BRUCELLA LAM AGLÜTİNASYON TESTİ (ROSE BENGAL)			15	Şişe		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

**AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ROSE BENGAL LAM  
AGLUTİNASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Kitlerle İlgili Ortak Özellikler**

1. Teklif veren firmalar , teminden önce kitlerini pozitif ve negatif kontrol numuneleriyle birlikte laboratuvara bırakacak, laboratuvarında uygunluğu doğrulandıktan sonra alınacaktır. Uygunluğu almayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
2. Antijenler teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olmalıdır. Miadı yaklaşan kitler 1 ay önceden haber vermek koşuluyla firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
3. Ürünlerin Sağlık Bakanlığı ÜTS kaydı bulunmalıdır. Kit üzerinde üretim yeri, son kullanma tarihi, lot numarası bilgileri bulunmalıdır.
4. Kullanım esnasında antijen yapısının bozulduğu ya da herhangi bir sebeple yanlış sonuç verdiği tespit edilen kitler, aynı sayıda kitle firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
5. Kit prospektusu içinde kitlerin sensitivitesi ve spesifitesi yazılı olarak belirtilmelidir.
6. Testlerin uygunluğuna, laboratuvar uzmanınca karar verildikten sonra kabul edilecektir.

**ROSE BENGAL LAM AGLÜTİNASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Şişeler 5 ml ( 100 test çıkacak şekilde ) ya da 10 ml ambalajlı ve koyu renk şişelerde olmalıdır. Solusyonu, damlalığı ve pipeti içerisinde bulunmalı , aglütinasyon kartları ve karıştırma çubukları kitlerle beraber temin edilmelidir.
- 2.Antijenler yerli suşlardan elde edilmiş olmalı ve B. Abortus, B. Melitensis, ve B. Suis suşlarının üçünü birden test edebilmelidir bu durum kit prospektusunda yazılı olarak belirtilmiş olmalıdır.
- 3.Lam aglütinasyon ilkesine göre çalışmalıdır.
- 4.Teklif veren firmalar , teminden önce kitlerini pozitif ve negatif kontrol numuneleriyle birlikte laboratuvara bırakacak, laboratuvarında uygunluğu doğrulandıktan sonra alınacaktır. Rose bengal testi numunesi negatif ve pozitif kontrolleri ile uygunluğu almayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Uzm Dr Gizem SOYDAN  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No. 143526  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özlem Alparçın  
Olu