

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

07.11.2022

Sayı: 813

Konu: LABORATUVAR BİRİMİ İÇİN PROKALSİTONİN TEST KİTİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PROKALSİTONİN RAPİD TEST(PCT)			600	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

A. **KONU:** Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı için Prokalsitonin kitinin alımına ilişkin hususları kapsamaktadır.

B. KİTİN ÖZELLİKLERİ

1. Alımı yapılacak olan kitle ilgili bilgiler aşağıda verilmektedir.

SUT Kodu	Tetkik Adı	Miktarı
L106240	Prokalsitonin	600 Test

- Laboratuvarda mevcut analizörlere uygun kit teklif edilecektir. Kitlerin test ambalajı en az 50 test/Kt olmalıdır ve reaktifler kullanıma hazır reaktiflerden oluşmalıdır. Kit vialı açıldıktan sonra en az 1 ay stabil kalmalıdır. Kalibrasyon geçerlilik süresi ise en az 40 gün olmalıdır.
- Kit, insan serumu ve plazmasındaki prokalsitonin seviyelerinin in vitro kantitatif tayinine yönelik kemilüminesan immünoanaliz yöntemi ile çalışmalıdır.
- Halen üretimde olan kitler teklif edilmelidir.
- Intrassay CV değeri % 5 'in altında ve interassay %CV 10'un altında olmalıdır.
- Kitin çalışılması için herhangi bir ön işlem ve dilüsyon gerekmemelidir.
- Kitin okuma ve lineerite aralığı geniş ve deteksiyon limitleri düşük olmalıdır. Dedeksiyon limiti düşük septik şok riskini, ağır sepsisi veya septik şok eğilimini ve yüksek septik şok riskini gösterecek şekilde geniş olmalıdır.
- Kitle birlikte her türlü reaktif/sarf malzemesi, kontrol materyalleri ve kalibratörler ücretsiz verilmelidir. En az 2 ay yetecek düzeyde, laboratuvar uzmanının uygun gördüğü miktarda kontrol ve kalibratör materyali kitlerle beraber teslim edilecektir.
- Kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası, barkodu ve saklama koşulları belirtilmiş olmalıdır. Katılımcılar kitlerin hangi prensiple çalıştığını ve üretildiği firma isimlerini, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve ilk kullanımdan itibaren ne kadar süre ile stabil kaldığını belirteceklerdir.
- Teslim edilecek her türlü sarf malzemesinin miadı en azından 6 aylık olmalıdır.

C. KABUL VE MUAYENE

- Firmalar tarafından teklif edilecek malzemenin muayene ve kabulü hastane tarafından belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
- Muayene ve kabul sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu şartnameye uygunluğu ve sonuçların güvenilirliği hakkında onay verene kadar deneme kullanımı yapılacaktır.
- Muayenede kitlerin soğuk zincirde teslimatı dikkate alınacak ve malzemede bir hasar veya zayıf varsa kabulü yapılmayacaktır.

Özlem Alpar
Özlem

Uzm. Dr. Dilek Güllü
Tıbbi Biyokimya Uzmanı
Dip. Tes. No. 149595
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi