

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

10.11.2022

Sayı: 833

Konu: 2 KALEM AMELİYATHANE TERLİĞİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AMELİYATHANE TERLİĞİ (KIRMIZI)			100	ÇİFT		
2	AMELİYATHANE TERLİĞİ (MAVİ)			100	ÇİFT		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

AMELİYATHANE TERLİK ŞARTNAMESİ

- 1) Terlikler tek parça olmalı %100 copolymer kauçuk birleşiminden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Ürün tüm yüzeyinde antistatik mevcut olmalıdır.
- 3) Buharlı otoklavda 134 dereceye kadar dayanıklı olmalıdır ve 90 derecede yıkanabilir olmalıdır.
- 4) Eter, ester, alkaliler, hafif asitler, güçlü asitler ve yağlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5) Ürün ultra viole ve gamma ışınlarına mukavim olmalıdır.
- 6) Terlik iç tabanında uzun süre ayakta sabit çalışmak zorunda kalındığında kan dolaşımının hızlanması için terliğin içinde minik kabarcıklar mevcut olmalıdır.
- 7) Ürünün ayna altı bölümünde terlemeyi önleyici direk teması engelleyen tepecikler olmalıdır.
- 8) Taban üst kenarında havalanmayı sağlayan karşılıklı delikler olmalıdır.
- 9) Terlikler üstten dökülen sıvıların (kan, ifrazat gibi sıvıların) deliklerden içeri sızmasını engeller özellikle yukarı konik şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 10) İç tabanı ortopedik özellikte olmalıdır.
- 11) Topuk yastık etkisi yapabilme özelliğinde olmalıdır.
- 12) Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 13) Kuru zeminde ve suda kaymaz, terlik altında kaymayı önleyici özel tasarım olmalıdır. İz bırakmaz olmalıdır.
- 14) Sabit duruşta sağa sola dönülebilir.
- 15) Yürürken ayaktan çıkmamalıdır.
- 16) Terlikler antifungal, antimikrobik ve antibakteriyel hammaddeden üretilmiş olmalıdır.. Bakteri barındırmamalıdır.
- 17) Koku yapmayan özellikte olmalıdır.
- 18) Maksimum esnetebilme değeri % 870 olmalıdır.
- 19) Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 20) Antistatik olduğu terlik üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 21) Aşınma ve kullanım hataları hariç hertürlü imalat ve işçilik hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.
- 22) Terliklerin 35-36,37-38,39-40,41-42,43-44,45-46 numaraları mevcut olmalıdır.
- 23) Renk mavi olmalıdır.
- 24) satın alma kararı verilmeden önce numune denemesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi durumunda teklif reddedilecektir.

Y. Bedi / 16AN
A. Bedi

Dr. Cerrah Üyesi
M. Baran YERLİKAYA
Ağrı İbrahim Çeşen Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D.
Diy. Mes. No. 125233

AMELİYATHANE TERLİK ŞARTNAMESİ

- 1) Terlikler tek parça olmalı %100 copolymer kauçuk birleşiminden üretilmiş olmalıdır.
- 2) Ürün tüm yüzeyinde antistatik mevcut olmalıdır.
- 3) Buharlı otoklavda 134 dereceye kadar dayanıklı olmalıdır ve 90 derecede yıkanabilir olmalıdır.
- 4) Eter, ester, alkaliler, hafif asitler, güçlü asitler ve yağlara karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5) Ürün ultra viole ve gamma ışınlarına mukavim olmalıdır.
- 6) Terlik iç tabanında uzun süre ayakta sabit çalışmak zorunda kalındığında kan dolaşımının hızlanması için terliğin içinde minik kabarcıklar mevcut olmalıdır.
- 7) Ürünün ayna altı bölümünde terlemeyi önleyici direk teması engelleyen tepecikler olmalıdır.
- 8) Taban üst kenarında havalanmayı sağlayan karşılıklı delikler olmalıdır.
- 9) Terlikler üstten dökülen sıvıların (kan, ifrazat gibi sıvıların) deliklerden içeri sızmasını engeller özellikte yukarı konik şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 10) İç tabanı ortopedik özellikte olmalıdır.
- 11) Topuk yastık etkisi yapabilme özelliğinde olmalıdır.
- 12) Terlik tabanı sert ve kesici cisimlerin ayağa batmasını engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 13) Kuru zeminde ve suda kaymaz, terlik altında kaymayı önleyici özel tasarım olmalıdır. İz bırakmaz olmalıdır.
- 14) Sabit duruşta sağa sola dönülebilir.
- 15) Yürürken ayaktan çıkmamalıdır.
- 16) Terlikler antifungal, antimikrobik ve antibakteriyel hammaddeden üretilmiş olmalıdır.. Bakteri barındırmamalıdır.
- 17) Koku yapmayan özellikte olmalıdır.
- 18) Maksimum esnetebilme değeri % 870 olmalıdır.
- 19) Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- 20) Antistatik olduğu terlik üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- 21) Aşınma ve kullanım hataları hariç hertürlü imalat ve işçilik hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.
- 22) Terliklerin 35-36,37-38,39-40,41-42,43-44,45-46 numaraları mevcut olmalıdır.
- 23) Renk kırmızı olmalıdır.
- 24) Satın alma kararı verilmeden önce numune denemesi yapılacaktır. Numunenin uygun görülmemesi durumunda teklif reddedilecektir.

Y. Behar / 16 AA
[Signature]

Dr. Öğretim Üyesi
M. Baran YERLİKAYA
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Diy. Tes. No. 125293