

## TIBBİ ATIK KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi atık konteyneri plastik ve 240 Lt. hacminde olmalıdır.
2. Konteyner; tekerlekli, kapaklı, paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında tıbbi atık torbalarının hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi-boşaltması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay yapılabilen özellikte olmalıdır.
3. Rengi; turuncu olmalıdır.
4. Üzerinde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile "Dikkat! Tıbbi Atık" ibaresi bulunmalıdır.
5. Kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
6. Kilidi üstünde olacak şekilde olmalıdır.

Selma DEMİRCİ  
Acil Tıp Teknisyeni



Elif ÇAKIR  
Acil Ambulans Bakım Teknikeri



Dr. İrfan BAYAT  
İl Ambulans Servisi Başhekimi

