



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ İH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
14/11/2022 14:30 - E-68917221 - 949 - 1343



00178251056

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan 1 ADET İLAÇ VE AŞI SAKLAMA BUZDOLABI ALIM İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22.11.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	İLAÇ VE AŞI SAKLAMA BUZDOLABI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 3da409b7-dacd-434e-ba1f-00ffa688a538 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

e-Posta: senay.sahin5@saglik.gov.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47




## İLAÇ VE AŞI SAKLAMA BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
- 2.Cihazın iki kapılı olması ve cihazın kullanılabilir hacmi en az 900 litre olmalıdır.
- 3.Cihazın dış ölçüleri G:140\*D:11\*Y:210 olmalıdır.
- 4.Cihazın sıcaklık kontrolü +2/+8 °C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir olmalıdır. Cihazın fabrika çalışma set değeri +4°C olarak ayarlanmış olmalıdır.
- 5.Cihaz , +15/+40 °C ortam sıcaklığında çalışabilen kompresöre sahip olmalıdır.
- 6.Cihazın kabin içi aydınlatması olmalıdır. Kullanıcı istediği zaman bunu AÇ-KAPA yapabilmelidir.
- 7.Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatin parlak DİJİTAL EKRAN olmalıdır.
- 8.Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatu 0,1 ya da 0,5 hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DİJİTAL EKRANDAN kendisi de ayarlayabilmelidir.
- 9.Cihazın iç ve dış haznesi paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
- 10.Cihazın içerisinde en az 6 ADET PLASTİK KAPLAMALI RAF bulunmalı ve bu raflar kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 11.Cihaz karlanmayı engelleyen otomatik DEFROST sistemine sahip olması gerekmektedir.
- 12.Cihazın kontrol paneli üst tarafta kullanıcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır.
13. Cihazın alarm sistemi ; alt-üst limit sıcaklıklar aşıldığında ve kapı açık kaldığında kullanıcıyı sesli olarak uyarılmalıdır.
- 14.Cihaz YOĞUŞMA önleyen cam kapı sistemine sahip olmalıdır..
- 15.Cihazın her iki kapısı 45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapı sistemine sahip olmalıdır.
- 16.Cihaz FANLI SOĞUTMA sistemi yapmalı ve 60 mm kalınlığında ozon dostu poliüretan izolasyona sahip olmalıdır.
17. Cihazın kolay taşınabilmesi için hareketli 4 adet tekerliği bulunmalıdır.
- 18.Cihaz firma üretim,tasarım ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 YIL ÜCRETSİZ;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
- 19.Cihazın ISO 9001:2015, TSE Hizmet yeterlilik, ISO 13485:2016 yeterliliğe sahip olmalıdır.
20. UTS kaydı olmalıdır. (USB kolu)

  
Uzun Başkaya  
Hensik  
NKA

Ecz. Mehmet  
TUNÇ 

Mehmet BAKKIR  
Hensik  
KA