

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

18.11.2022

Sayı: 850

Konu: GÖZ CERRAHİ SETİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GÖZ CERRAHİ SETİ			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,5mm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.
2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.(Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler 134°C'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. Teknik komisyon, uygun gördüğünde daha sert çelikten mamul cerrahi aletleri kırılmaya dirençli, kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli olarak kabul edilip tercih edilebilecektir. Sertlik dereceleri aşağıdaki gibi olacaktır.
6. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alış verişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir.
7. Yerli malı marka teklif edecek olan firmaların yerli malı belgesi sunması zorunludur. İthalatçı firmalar teklif ettikleri markaya ait ihale tarihi itibarıyla son 1 yılda üretici firmadan ithalat yapıldığını gösteren Gümrük Giriş Beyannamesini ihale dosyası içerisinde sunacaktır. Bu belgeyi sunmayan, eksik yada hatalı belge sunan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8. İstekliler teklif ettikleri markaya ait üretim yerinden
9. ,İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir.Katalogunda bulunmayan ürünlere teklif veren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.
10. İhale dökümanında verilen cerrahi aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı gösteren katalog numaraları kesin evsap belirlemek açısından yazılmış olup ,istekli cerrahi alet teknik şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafı ve aynı fonksiyonları görecektir şekilde veya dengi diğer marka aletleri de teklif edebilir .Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda kullanılacağından uzunlukları çapları ağız yapıları oldukça önem arz etmektedir. Dolayışı ile teklif edilecek aletlerin istenilen ölçüden uzun veya kısa olması ve ağız yapılarındaki milimetrik ölçüler kullanım hassasiyetini etkileyeceğinden özellikle +/-5 mm toleranslı uzunluktaki aletler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören işlevsel özelliklerinde uç eğim kavis şekil ve metal yapısında istenilen ile aynı olmak zorundadır.
11. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.
12. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.
13. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında vermelidir.
14. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.
15. Teklif edilen cerrahi aletlerin çelik sertlik dereceli aşağıdaki gibi olmalıdır. Aşağıda bulunan değerler üretici firma tarafından hazırlanmış apostil tasdikli olarak ihale dosyasında sunulmalıdır. Bu belgenin ihale dosyasında bulundurmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
 - PENSETLER 400 SST 80-90 HTB 55 HRC
 - İĞNE TUTUCULAR 400 SST 80-90 HRB 55 HRC
 - MARKIRLAR VE İŞARETLEYİCİLER 300 SST 80-90 HRB
 - TREFİN BIÇAKLAR 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
16. İştirakçi firmalar bu şartnamede yer alan her bir kalem için ihale sonrasında gerek görülmesi durumunda numune getireceklerdir. Numuneleri eksik veya hatalı getiren firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Numunelerin şekil ve fonksiyonları oluşturulacak bir uzman cerrahi ekip tarafından çıplak gözle, mikroskopla ve ameliyat sırasında kullanılacak kaydı ile incelenerek test edilecektir, bu işlemler imalat sırasında da bu şekilde yapıldığından aletlerin özellikle;

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 179124

Dr Öğr. Üyesi Ezgi KARATAŞ
Agr. İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 181982 Uzm. Tes. No: 142575

18. a-) Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan elastik yapı ' ya sahip olmalıdır.
b-) Kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
c-) Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağız ve dişleri karşılıklı tam olarak kapanmalıdır.
d-) Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
e-) Eklensizlerde bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	ÜRÜN ADI	REFERANS ÜRÜN KODU	ŞARTNAME	ADET
1	LIEBERMAN SPEKULUM	E40-100	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Lieberman model yararlanabilir göz spekulumu olmalıdır. Kapak açıcı boyu 15 mm olup yetişkin model olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
2	WESTCOTT MAKASI	E25-334	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Toplam boyu 11,5 cm olmalıdır. Kesici uç kısmı eğimli , künt ve large boy olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
3	LESTER IOL MANIPLATOR	E15-501	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalı ve lensi itip çekmeye yarayan çentiği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
4	NAGAHARA PHACO CHOPPER	E15-659	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalı ve 90 derece olmalıdır. Uç kısmı künt olmalı. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
5	SINSKEY IOL MANIPLATOR	E15-553	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş Sinskey model IOL manipulatoru olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalıdır. Toplam boyu 12 cm olmalıdır. İşlem yapılacak uç kısmının kalınlığı 0,2 mm olmalıdır. Aletin elcik kısmı pürüzsüz yapıya sahip olmalı ve düz olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
6	TENNANT DÜZ BAĞLAMA	E30-448	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Tennant model düz bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 10 cm olmalı ve 6 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen tırtıklara sahip olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 179124

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tescil No: 181982 Uzm. İst. No: 142575