

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

18.11.2022

Sayı: 851

Konu: GÖZ BİRİMİ İÇİN 10 KALEM CERRAHİ EL ALETLERİ ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | Malzeme Adı | Sut Kodu | UBB | Miktar | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------|---------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------------|--------------|
| 1 | SÜTUR FORSEPSİ MC PHERSON TİP DÜZ | | | 3 | Adet | | |
| 2 | SÜTUR FORSEPSİ MC PHERSON TİP EĞİK | | | 3 | Adet | | |
| 3 | KAPSÜL TUTMA PENSETİ | | | 3 | Adet | | |
| 4 | MASKET KAPSÜL TUTMA PENSETİ | | | 3 | Adet | | |
| 5 | BARRAQUER İĞNE TUTUCU | | | 3 | Adet | | |
| 6 | BİMANUEL İRRİGASYON ASPİRASYON ELCEĞİ | | | 3 | Adet | | |
| 7 | ASPIRASYON ELCEĞİ | | | 3 | Adet | | |
| 8 | İNTRAOKÜLER LENS KESİCİ | | | 3 | Adet | | |
| 9 | KORNEA MAKASI EĞİK | | | 3 | Adet | | |
| 10 | LENS TUTMA PENSETİ | | | 3 | Adet | | |
| Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.KADRIYE ÖZGENT Dahili:

18. a-) Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan elastik yapı 'ya sahip olmalıdır.
b-) Kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
c-) Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağız ve dişleri karşılıklı tam olarak kapanmalıdır.
d-) Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
e-) Eklemsizlerde bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

| SIRA NO | ÜRÜN ADI | REFERANS ÜRÜN KODU | ŞARTNAME | ADET |
|---------|------------------------|--------------------|---|------|
| 1 | LIEBERMAN SPEKULUM | E40-100 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Lieberman model yararlanabilir göz spekulumu olmalıdır. Kapak açıcı boyu 15 mm olup yetişkin model olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 2 | WESTCOTT MAKASI | E25-334 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Toplam boyu 11,5 cm olmalıdır. Kesici uç kısmı eğimli , künt ve large boy olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 3 | LESTER IOL MANİPLATOR | E15-501 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalı ve lensi itip çekmeye yarayan çentiği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 4 | NAGAHARA PHACO CHOPPER | E15-659 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalı ve 90 derece olmalıdır. Uç kısmı künt olmalı. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 5 | SINSKEY IOL MANİPLATOR | E15-553 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş Sinskey model IOL manipulatoru olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalıdır. Toplam boyu 12 cm olmalıdır. İşlem yapılacak uç kısmının kalınlığı 0,2 mm olmalıdır. Aletin elcik kısmı pürüzsüz yapıya sahip olmalı ve düz olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 6 | TENNANT DÜZ BAĞLAMA | E30-448 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Tennant model düz bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 10 cm olmalı ve 6 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen tırtıklara sahip olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 179124

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Teschi No: 181982 Uzm. İsa. No: 142375

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------|--|---|
| 7 | TENNANT EĞRİ BAĞLAMA | E30-449 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Tennant model eğri bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 10 cm olmalı ve 6 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen tırtıklara sahip olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 8 | KOLİBRİ KORNEAL FORCEPS | E30-051 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Barraquer model cornealsütür forsepsi olmalıdır. Toplam boyu 7,5 cm olmalıdır. 1X2 dişli ve dişlerin açısı 90 derece olmalıdır. Bağlama platformu olmalıdır. Dişlerin kalınlığı 0,12 mm olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 9 | VANNAS KAPSÜL MAKASI | E25-411 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Vannas model kapsül kesme makası olmalıdır. Aletin toplam boyu 8,2 cm olmalıdır. Uç kısmı düz olmalıdır. Bıçakları keskin ve 7 mm uzunluğunda olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 10 | CASTROVIEJO SÜTÜR PENSETİ | E30-450 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Castroviejo model sütünpenseti olmalıdır. Uç kısmı 1x2 dişli olmalı ve 0,12 mm diş kalınlığına sahip olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olup 6 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen üçer adet pozisyon deliği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 11 | MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ DÜZ | E30-460 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Mcpherson model düz bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olmalı ve 5 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen üçer adet pozisyon deliği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 12 | MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ AÇILI | E30-461 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Mcpherson model açılı bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olmalı ve 5 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen üçer adet pozisyon deliği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 13 | UTRATA KAPSÜL PENSETİ | E30-581SH | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Utrata model kapsül tutma penseti olmalıdır. Aletin toplam boyu 10,5 cm olmalı ve açılı olmalıdır. Açıdan uca kadar olan kısım 11 mm uzunluğunda olmalıdır. Alet flathandle olmalı ve aletin ana işlemi yapan uç kısmı ameliyat mikroskobu altında parlama ve yansıma yapmaması için matlaştırılmış olmalıdır. Aletin üzerinde ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği ve elden kaymayı önlemek amacıyla ayrıca tırtıklar bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 14 | MASKET KAPSÜL TUTMA PENSETİ | E30-589SH | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Masket model kapsül tutma penseti olmalıdır. Aletin toplam boyu 10,5 cm olmalı ve açılı olmalıdır. Açıdan uca kadar olan kısım kavisli ve 11 mm uzunluğunda olmalıdır. Alet flathandle olmalı ve aletin ana işlemi yapan uç kısmı ameliyat mikroskobu altında parlama ve yansıma yapmaması için matlaştırılmış olmalıdır. Aletin üzerinde ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği ve elden kaymayı önlemek amacıyla ayrıca tırtıklar bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 179124

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 181982 Uzm. Tes. No: 142575

| | | | | |
|----|------------------------------|---------|--|---|
| 15 | BARRAQUER İĞNE TUTUCU | E35-251 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Barraquer model iğne tutucu olmalıdır. Uç kısmı eğimli ve ekstra ince olmalıdır. Toplam boyu 12.5 cm olmalı ve kilitli olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 16 | BİMANUEL İRRİGASYON ELCİĞİ | E20-441 | Aletin uç kısmı paslanmaz çelikten sap kısmı titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. Bimanuelirrigasyonhandpiece olmalıdır. 21G kalınlığında 0,8 çapında 17 mm uzunluğunda tube sahip olmalıdır. Aletin uç kısmında 2 adet 0,5 mm genişliğinde port olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 17 | BİMANUEL ASPİRASYON ELCİĞİ | E20-452 | Aletin uç kısmı paslanmaz çelikten sap kısmı titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. BimanuelAspirasyonhandpiece olmalıdır. 21G kalınlığında 0,8 çapında 17 mm uzunluğunda tube sahip olmalıdır. Aletin uç kısmında 0,3 mm genişliğinde port olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 18 | IOL KESME MAKASI | E25-466 | Alet titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. Osakabe model IOL kesici olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olmalıdır. Lensin kesimi sırasında lensin kaymamasını engelleyen oluğa sahip olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 19 | CASTROVIEJO KORNEA MAKASI | E25-015 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Castroviejo model kornea makası olmalıdır. Toplam boyu 10 cm olmalı. Uç kısmı orta boyda eğimli ve kün olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 20 | FAULKNER LENS PENSETİ | E30-645 | Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Faulkner model lens katlama penseti olmalıdır. Lensi daha sıkı kavrayabilmesi için uç kısmı Tungsten Carbide özelliğine sahip olmalıdır. Aletin toplam boyu 10.5 cm olmalı ve alet üzerinde elden kaymayı önleyici ergonomik olarak yerleştirilmiş tırtıklar ve üç adet pozisyon deliği olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |
| 21 | PLASTİK STERİLİZASYON KUTUSU | E45-025 | Plastikten imal edilmiş olmalıdır. 267X165X35 mm ebatında olmalıdır. +20 alet kapasitesinde olmalıdır. Çift katlı olmalıdır ve kilit kısmı metal klipli olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. | 3 |

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

| SIRA NO | ÜRÜN ADI | REFERANS ÜRÜN KODU | ADET |
|---------|---------------------------------|--------------------|------|
| 1 | LIEBERMAN SPEKULUM | E40-100 | 3 |
| 2 | WESTCOTT MAKASI | E25-334 | 3 |
| 3 | LESTER IOL MANIPLATOR | E15-501 | 3 |
| 4 | NAGAHARA PHACO CHOPPER | E15-659 | 3 |
| 5 | SİNSKEY IOL MANIPLATOR | E15-553 | 3 |
| 6 | TENNANT DÜZ BAĞLAMA | E30-448 | 3 |
| 7 | TENNANT EĞRİ BAĞLAMA | E30-449 | 3 |
| 8 | KOLİBRI KORNEAL FORCEPS | E30-051 | 3 |
| 9 | VANNAS KAPSÜL MAKASI | E25-411 | 3 |
| 10 | CASTROVIEJO SÜTÜR PENSETİ | E30-450 | 3 |
| 11 | MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ DÜZ | E30-460 | 3 |
| 12 | MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ AÇILI | E30-461 | 3 |
| 13 | UTRATA KAPSÜL PENSETİ | E30-581SH | 3 |
| 14 | MASKET KAPSÜL TUTMA PENSETİ | E30-589SH | 3 |
| 15 | BARRAQUER İĞNE TUTUCU | E35-251 | 3 |
| 16 | BİMANUEL İRRİGASYON ELCİĞİ | E20-441 | 3 |
| 17 | BİMANUEL ASPİRASYON ELCİĞİ | E20-452 | 3 |
| 18 | IOL KESME MAKASI | E25-466 | 3 |
| 19 | CASTROVIEJO KORNEA MAKASI | E25-015 | 3 |
| 20 | FAULKNER LENS PENSETİ | E30-645 | 3 |
| 21 | PLASTİK STERİLİZASYON KUTUSU | E45-025 | 3 |

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAŞ
 Bahçim Çeçen Üniversitesi
 Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 Dip. Tesdihi No: 181982 Uzm. Tes. No: 142575

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
 Göz Hastalıkları Uzmanı
 Dip. Tes. No. 179124