

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
TEKLİFE DAVET

18.11.2022

Sayı: 852

Konu: GÖZ BİRİMİ CERRAHİ EL ALETLERİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.11.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LİEBERMAN GÖZ SPEKULUMU			3	Adet		
2	WESTCOTT MAKAS			3	Adet		
3	SÜTUR FORSEPSİ TENNANT TİP DÜZ			3	Adet		
4	SÜTUR FORSEPSİ TENNANT TİP EĞİK			3	Adet		
5	KORNEAL FORSEPS HARMS COLİBRİ TİP			3	Adet		
6	CASTROVIEJO PORTEGÜ			3	Adet		
7	KAPSÜLOTOMİ MAKASI			3	Adet		
8	İNTRAOKÜLER LENS MANİPÜLATÖRÜ			3	Adet		
9	FAKO CHOPPER			3	Adet		
10	SİNSKEY İNTRAOKÜLER LENS MANİPÜLATÖRÜ			3	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Tlf: Fax: e_mail: Hız.KADRIYE ÖZGENT
Dahili:

18. a-) Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmelerini sağlayan elastik yapı 'ya sahip olmalıdır.
b-) Kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
c-) Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağız ve dişleri karşılıklı tam olarak kapanmalıdır.
d-) Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
e-) Eklemsizlerde bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIRA NO	ÜRÜN ADI	REFERANS ÜRÜN KODU	ŞARTNAME	ADET
1	LIEBERMAN SPEKULUM	E40-100	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Lieberman model yararlanabilir göz spekulumu olmalıdır. Kapak açıcı boyu 15 mm olup yetişkin model olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
2	WESTCOTT MAKASI	E25-334	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Toplam boyu 11,5 cm olmalıdır. Kesici uç kısmı eğimli , küt ve large boy olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
3	LESTER IOL MANIPLATOR	E15-501	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalı ve lensi itip çekmeye yarayan çentiği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
4	NAGAHARA PHACO CHOPPER	E15-659	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalı ve 90 derece olmalıdır. Uç kısmı küt olmalı. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
5	SINSKEY IOL MANIPLATOR	E15-553	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş Sinskey model IOL manipulatoru olmalıdır. Uç kısmı açılı olmalıdır. Toplam boyu 12 cm olmalıdır. İşlem yapılacak uç kısmının kalınlığı 0,2 mm olmalıdır. Aletin elcik kısmı pürüzsüz yapıya sahip olmalı ve düz olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
6	TENNANT DÜZ BAĞLAMA	E30-448	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Tennant model düz bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 10 cm olmalı ve 6 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen tırtıklara sahip olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi.
Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 179124

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No. 181982 Uzm. Tes. No. 142575

7	TENNANT EĞRİ BAĞLAMA	E30-449	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Tennant model eğri bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 10 cm olmalı ve 6 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen tırtıklara sahip olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	+
8	KOLİBRİ KORNEAL FORCEPS	E30-051	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Barraquer model cornealsütür forseps olmalıdır. Toplam boyu 7,5 cm olmalıdır. 1X2 dişli ve dişlerin açısı 90 derece olmalıdır. Bağlama platformlu olmalıdır. Dişlerin kalınlığı 0,12 mm olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	+
9	VANNAS KAPSÜL MAKASI	E25-411	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Vannas model kapsül kesme makası olmalıdır. Aletin toplam boyu 8,2 cm olmalıdır. Uç kısmı düz olmalıdır. Bıçakları keskin ve 7 mm uzunluğunda olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	+
10	CASTROVIEJO SÜTUR PENSETİ	E30-450	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Castroviejo model sütürpenseti olmalıdır. Uç kısmı 1x2 dişli olmalı ve 0,12 mm diş kalınlığına sahip olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olup 6 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen üçer adet pozisyon deliği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	+
11	MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ DÜZ	E30-460	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Mcpherson model düz bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olmalı ve 5 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen üçer adet pozisyon deliği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	
12	MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ AÇILI	E30-461	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Mcpherson model açılı bağlama penseti olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olmalı ve 5 mm kalınlığında bağlama platformuna sahip olmalıdır. Aletin handle kısmında elden kaymayı önleyen üçer adet pozisyon deliği bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	
13	UTRATA KAPSÜL PENSETİ	E30-581SH	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Utrata model kapsül tutma penseti olmalıdır. Aletin toplam boyu 10,5 cm olmalı ve açılı olmalıdır. Açıdan uca kadar olan kısım 11 mm uzunluğunda olmalıdır. Alet fiathandle olmalı ve aletin ana işlemi yapan uç kısmı ameliyat mikroskobu altında parlama ve yansıma yapmaması için matlaştırılmış olmalıdır. Aletin üzerinde ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği ve elden kaymayı önlemek amacıyla ayrıca tırtıklar bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	
14	MASKET KAPSÜL TUTMA PENSETİ	E30-589SH	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Masket model kapsül tutma penseti olmalıdır. Aletin toplam boyu 10,5 cm olmalı ve açılı olmalıdır. Açıdan uca kadar olan kısım kavisli ve 11 mm uzunluğunda olmalıdır. Alet fiathandle olmalı ve aletin ana işlemi yapan uç kısmı ameliyat mikroskobu altında parlama ve yansıma yapmaması için matlaştırılmış olmalıdır. Aletin üzerinde ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği ve elden kaymayı önlemek amacıyla ayrıca tırtıklar bulunmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3	

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Hayrettin COBAN OĞLU
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No. 179124

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAS
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dip. Tes. No. 181982 Uzm. Tes. No. 142375

15	BARRAQUER İĞNE TUTUCU	E35-251	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Barraquer model iğne tutucu olmalıdır. Uç kısmı eğimli ve ekstra ince olmalıdır. Toplam boyu 12.5 cm olmalı ve kilitli olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
16	BİMANUEL İRRİGASYON ELCİĞİ	E20-441	Aletin uç kısmı paslanmaz çelikten sap kısmı titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. Bimanuelirrigasyonhandpiece olmalıdır. 21G kalınlığında 0,8 çapında 17 mm uzunluğunda tube sahip olmalıdır. Aletin uç kısmında 2 adet 0,5 mm genişliğinde port olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
17	BİMANUEL ASPİRASYON ELCİĞİ	E20-452	Aletin uç kısmı paslanmaz çelikten sap kısmı titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. BimanuelAspirasyonhandpiece olmalıdır. 21G kalınlığında 0,8 çapında 17 mm uzunluğunda tube sahip olmalıdır. Aletin uç kısmında 0,3 mm genişliğinde port olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
18	IOL KESME MAKASI	E25-466	Alet titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. Osakabe model IOL kesici olmalıdır. Toplam boyu 11 cm olmalıdır. Lensin kesimi sırasında lensin kaymamasını engelleyen oluğa sahip olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
19	CASTROVIEJO KORNEA MAKASI	E25-015	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Castroviejo model kornea makası olmalıdır. Toplam boyu 10 cm olmalı. Uç kısmı orta boyda eğimli ve künt olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
20	FAULKNER LENS PENSETİ	E30-645	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Faulkner model lens katlama penseti olmalıdır. Lensi daha sıkı kavrayabilmesi için uç kısmı Tungsten Carbide özelliğine sahip olmalıdır. Aletin toplam boyu 10.5 cm olmalı ve alet üzerinde elden kaymayı önleyici ergonomik olarak yerleştirilmiş tırıklar ve üç adet pozisyon deliği olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3
21	PLASTİK STERİLİZASYON KUTUSU	E45-025	Plastikten imal edilmiş olmalıdır. 267X165X35 mm ebatında olmalıdır. +20 alet kapasitesinde olmalıdır. Çift katlı olmalıdır ve kilit kısmı metal klipsli olmalıdır. Alet üretici firmanın orijinal kataloğunda bulunmalıdır. Teslim edilecek aletler yeni ve orijinal kare barkodlu ambalajında teslim edilecektir. Aletin üzerinde markası , kodu ve 3D data matrix barkodu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.	3

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ İHTİYAÇ LİSTESİ

SIRA NO	ÜRÜN ADI	REFERANS ÜRÜN KODU	ADET
1	LİEBERMAN SPEKULUM	E40-100	3
2	WESTCOTT MAKASI	E25-334	3
3	LESTER IOL MANİPLATOR	E15-501	3
4	NAGAHARA PHACO CHOPPER	E15-659	3
5	SINSKEY IOL MANİPLATOR	E15-553	3
6	TENNANT DÜZ BAĞLAMA	E30-448	3
7	TENNANT EĞRİ BAĞLAMA	E30-449	3
8	KOLİBRİ KORNEAL FORCEPS	E30-051	3
9	VANNAS KAPSÜL MAKASI	E25-411	3
10	CASTROVIEJO SÜTUR PENSETİ	E30-450	3
11	MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ DÜZ	E30-460	3
12	MCPHERSON BAĞLAMA PENSETİ AÇILI	E30-461	3
13	UTRATA KAPSÜL PENSETİ	E30-581SH	3
14	MASKET KAPSÜL TUTMA PENSETİ	E30-589SH	3
15	BARRAQUER İĞNE TUTUCU	E35-251	3
16	BİMANUEL İRRİGASYON ELCİĞİ	E20-441	3
17	BİMANUEL ASPİRASYON ELCİĞİ	E20-452	3
18	IOL KESME MAKASI	E25-466	3
19	CASTROVIEJO KORNEA MAKASI	E25-015	3
20	FAULKNER LENS PENSETİ	E30-645	3
21	PLASTİK STERİLİZASYON KUTUSU	E45-025	3

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi KARATAŞ
 İbrahim Çeçen Üniversitesi
 Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
 Dip. Tes. No: 181982 Uzm. Tes. No: 142575

Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
 Göz Hastalıkları Uzmanı
 Dip. Tes. No: 189115 Uzm. Tes. No: 150478

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 Op. Dr. Hayrettin ÇOBANOĞLU
 Göz Hastalıkları Uzmanı
 Dip. Tes. No. 179124