



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **10 ADET ISI NEM ÖLÇER ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29.11.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI - AŞI / SOĞUK ZİNCİR / SICAKLIK - NEM TAKİP SİSTEMİ	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47/215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 09976171-9542-4276-821e-a5d109c34adb — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşit.


Telefon No: (0 472) 312 60 47





SMS'Lİ ISI NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 1 adet ısı nem ana cihazı olmalıdır.
2. 1 adet ısı nem cihazına Ortam için kablosuz sıcaklık/ nem sensörü olmalı ve 2 adet ince kalem pil ile çalışmalıdır.
3. 1 adet ısı nem cihazına Buzdolabı için kablosuz sıcaklık sensörü olmalı ve 2 adet ince kalem pil ile çalışmalıdır.
4. MicroSD card girişi ile veri kaybının engellemeli, kesintisiz veri kayıt imkanı sağlamalıdır.
5. Ana cihaz için beslenme adaptörü bulunmalıdır. Adaptör 12V gücünde olmalıdır.
6. Ana cihaz için gerektiğinden Ethernet kablo giriş yuvası bulunmalıdır.
7. Kablosuz/Wifi özelliği olmalıdır.
8. Gerekli durumlarda sesli arama bildirim imkanı olmalıdır.
9. 2 yıllık sınırsız SMS bildirim olmalıdır.
10. 2 yıllık sınırsız e-posta bildirim olmalıdır.
11. SMS ve e-posta bildirimleri 2 yıl sonra bitmesiyle firma ile tekrar görüşülüp anlaşma yapılabilir.
12. Sınırsız mobil uygulama bildirim (Android ve IOS işletim sistemleri içinde geçerli) olmalıdır.
13. 2 yıllık ücretsiz kalibrasyon hizmeti olmalıdır.
14. Montaj ve kullanım dokümanı bulunmalı, gerektiğinden firma personeli ile montaj ve oluşabilecek sorunlar için irtibata geçilmelidir.
15. Bağlantı ve sabitleme parçaları kutu içerisinde bulunmalıdır.
16. Sıcaklık sensörü -55°C ile +125°C arasında göstermelidir.
17. Sıcaklık sensörleri duyarlılığı $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ olmalıdır.
18. Nem sensörü %0,1-99,9 RH arasında göstermelidir.
19. Nem sensör duyarlılığı $\pm 1\% \text{RH}$ arasında göstermelidir.
20. Dahili hoparlör ve ışıklı led göstergesi cihazlar üzerinde olmalıdır.
21. Ürünlerin 2 yıl garanti süresi bulunmalı garanti süresince cihazın tamiri, onarımı ve yedek parça temini firmaya ait olmalıdır.
22. 5 adet ortam sensörü fiyata dahil edilerek gönderilecektir.
23. Cihazın UBB kaydı bulunmalıdır.
24. 1 adet numune Biyomedikal depoya önden gönderilerek numune değerlendirilmesi yapıldıktan sonra kabul işlemi gerçekleştirilecektir.
25. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre uygun olmalıdır.

Ecz. Mehmet TUNÇ


Ecz.Nihan DEMİR
Dip.No:2011/37640
Tescil No:47070


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
İdari Mali İşler Müdürü
Bülent ÖZCAN


Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARGAN
Biyomedikal Teknikleri


DOÇ.DR.YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
E-İLÇE BİRİMİ
Baş. Uzman
TKM.
