

## **1-İŞIKLA SERTLEŞEN CAM İYONOMER**

- a) Rezin modifiye cam iyonomer esaslı olmalıdır.
- b) Anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.
- c) Işıkla polimerize olmalıdır. Florid serbestleştirmelidir.
- d) Diş sert dokuları ile biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
- e) Uygulama tabaneası her kutu ile birlikte bir adet verilmelidir.
- f) Radyopak olmalıdır.
- g) Ürün hızlı ve güvenilir uygulama sağlayan her karıştırmada aynı kalitede ürün elde edilmesini ve hijyenik çalışmayı sağlayan kapsül formunda olmalıdır.
- h) Kapsülün uygulama ucu açılı olmalıdır.
- i) Kapsül içerisinde yaklaşık olarak 325 mg toz ve 0,1 ml likid içermelidir.
- j) Set orijinal ambalajının içerisinde en az 50 adet kapsül içermelidir.
- k) En az 2 dakika uygulama süresi olmalıdır ve 20 saniye ışık uygulanması ile polimerize olmalıdır.
- l) Numune görülecektir.

## **2-28'LİK DİŞ TAKIMI**

- 1- Muhtelif ebat ve renklerde olacaktır.
- 2- Dişler iki veya üç renkli Dentin, Kole, Şeffaf renklerden oluşmalıdır.
- 3- Şekilleri ve boyutları gösteren form kartı olmalıdır.
- 4- 28 lik takım dişlerde alt ön,üst ön ve Üst posterior alt posterior ayrı ayrı renkleri ve formları gösteren işaretler bulunacaktır.
- 5- Yeterli renk ve form seçeneği olmalıdır.
- 6- Vita renk skalasına uyacaktır.
- 7- Renk skalası olacaktır.
- 8- Denemek için numunesi olmalıdır.
- 9- Teklif veren firma imalatçı ise imalat yeterlilik belgesi, satıcı ise yetkili satıcı olduğunu gösterir belge olmalıdır.
- 10- Dişler, Bilimsel bir Kurum tarafından onaylanmış Makro Kesit İnceleme raporuna sahip olmalıdır.
- 11- Aşınmaya karşı yeterli sertlikte olup, Brinell sertlik derecesi en az 26 olmalı ve sertlik raporu teklif sırasında belgelendirilmelidir.
- 12- Plak oluşumuna yüksek dirençli olmalı ve diş etkenlerle kolaylıkla renk değiştirmemelidir.
- 13- Dişlerin anatomik formları gerçek dişlerle aynı olmalıdır.
- 14- Kurum tarafından istenilen form, boyut ve renklerde seçilerek alınacaktır.
- 15- Kullanımlarına göre az kullanılan dişler çok kullanılan dişlerle değiştirilecektir.

## **3.KALEM:KANAL EĞESİ (H TİPİ)**

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Korozyona dirençli olmalıdır.
3. Uniform yapıda olmalıdır.
4. Ucu kesici özellikte olmalıdır.
5. 200 dereceye kadar steril edilebilmelidir.
6. Elle kullanılan tipi olmalıdır.
7. Blister ambalajlarda olmalıdır.



  
Sağlık Teknikeri

8. Asorti olmalı ve ege boyun kısmında mm çizgiler olmalıdır.
9. Üzerinde stopperleri olmalıdır.
10. Numaraları komisyonca belirlenecektir.

#### 4.KALEM:KANAL EĞESİ (K TİPİ)

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Korozyona dirençli olmalıdır.
3. Uniform yapıda olmalıdır.
4. Ucu kesici özellikte olmalıdır.
5. 200 dereceye kadar steril edilebilmelidir.
6. Elle kullanılan tipi olmalıdır.
7. Blister ambalajlarda olmalıdır.
8. Asorti olmalı ve ege boyun kısmında mm çizgiler olmalıdır.
9. Üzerinde stopperleri olmalıdır.
10. Numaraları komisyonca belirlenecektir.

#### 5.KALEM:HASTA ÖNLÜĞÜ

- 1.İkiyüzlü imal edilmiş ve dental kullanıma uygun olmalı.
- 2.Bir yüzü su geçirmez malzemeden, diğer yüzü selülozdan yapılmış olmalı,
- 3.Önlüğün yüzey alanı her hastaya yeterli genişlikte olmalıdır.
- 4.Her rulo veya pakette en az 80 en fazla 100 hasta önlüğü içeren ve her hasta önlüğü açıldığında hastaya bağlanacak yerinden ve hasta boynuna uygun kesitli olmalı,
- 5.Ayrılacak yerleri nokta halinde kesilmiş kullanıma hazır olmalı ayrılırken düzensiz yırtılma oluşmamalıdır.
- 6.Numunesi görülecektir.
- 7.Hasarlı çıkan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
8. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi firmaya bildirilmesi ile tedarikçi firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin değişimi sağlanacaktır.

Ayşe Gül Güneş  
AG

AŞTİ GRİZ VE BİS  
GİR. TİC. S.Ş. KURUMU  
Tic. Sic. No 43478

Ahmet Melik KAHRAMAN  
Sahibi