



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 29.11.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Oksijen Flowmetresi ve Nemlendirme Kabı	30	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

OKSİJEN FLOWMETRE VE NEMLENDİRME KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Flowmetre oksijen akışını ayarlamak ve kontrol etmek için tasarlanmış olmalıdır.
2. Flowmetrenin skala tüpü ve koruma camı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3. Flowmetrenin paslanmaz malzemeden imal edilmiş uzun ömürlü iğne valfi bulunmalıdır.
4. Flowmetrenin skalası 0-15 lpm aralığında olmalıdır.
5. Flowmetre , oksijen prizine uyumlu adaptörlerle kullanıma uygun olmalıdır.
6. Flowmetrenin iç tüpü 0 – 15 lt/dk standart ölçekte işaretlemeli olmalıdır.
7. Nemlendirme şişesi kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
8. Nemlendirme şişesi otoklavda 134 derecede steril edilebilir olmalıdır.
9. Nemlendirme şişesi 150 ml kapasiteli olmalıdır.
10. Nemlendirme şişesi plastik kapaklı olmalı ve kapak üzerinde bağlantı somunu, hortum bağlantısı bulunmalıdır.
11. Flowmetre ve nemlendirme şişesi fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi olmalıdır.
12. Üretici firma ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.
13. Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.


Erdoğan GÜNEŞ

Teknisyen




Fecri Fırat ÇELİK

Teknisyen



Engin UÇAR

Teknisyen



AKRI BİLİRKİTİMLER DEVLET HASTANESİ - AKRI
ERİŞİMLİ VE DİĞERİNDEN KATMAKLI BİFEMİ
2022/2023 11. E. 347370/000.003



00179214877