

T.C  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1327  
KONU : Teklife Davet

28/11/2022

**Teklif Mektubu Davet**

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMA ABR CİHAZI KALİBRASYON HİZMET ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/A maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 30/11/2022 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada [diyadindh@gmail.com](mailto:diyadindh@gmail.com) adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

  
Mehmet İLBOĞA  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	<b>YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMA ABR CİHAZI KALİBRASYON HİZMET ALIMI</b>	1	ADET		

EYGÜNDÜR  
28/11/2022  
Uzm.Dr.Metin GÜRKAN  
Başhekim

**NOTLAR:**

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

## YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMA ABR CİHAZI KALİBRASON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Cihazın kalibrasyonu TS EN 60318 standartlarına göre yapılacaktır
- 2- Kalibrasyon raporları cihaz ile birlikte teslim edilecek, rapor içeriğinde 25.06.2015 Tarih 29397 sayılı "Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik" te belirtilen hususlar bulunmalıdır
- 3- Cihaza kalibrasyon öncesi genel bakım yapılarak doğru sonuç vermesi sağlanacaktır
- 4- Cihaz tesliminden itibaren 5 iş günü içerisinde kullanıcı tarafından test edilecek ve arıza olmaması durumunda bakım onarım-kalibrasyon işi bitmiş sayılacaktır
- 5- Cihazın kargo ile alım ve gönderim ücretleri firmaya ait olacaktır
- 6- Cihazın üzerinde kalibrasyon yapıldığı tarih ve kalibrasyonun geçerlilik tarihini belirten etiket yapıştırılmalıdır
- 7- Teklif veren firma MADSEN Marka cihazların kalibrasyonunu yapmaya yetkili olduğunu belgelendirmelidir
- 8- Firmanın ÜTS kaydı bulunmalıdır.

**Ahmet Emin YILMAZ**  
**TKY**

