



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **HASTANEMİZ DOĞUMHANE BİRİMİ İÇİN 3 ADET HASTA MUAYENE MASALARI, MUAYENE MASASI JİNEKOLOJİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05.12.2022 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	HASTA MUAYENE MASALARI, MUAYENE MASASI JİNEKOLOJİ	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47/215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2b308a57-3ccd-4615-ac54-d9e3144570bd Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşit.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



Jinekolojik Muayene Masası Teknik Özellikler

1. Masa jinekolojik muayene ve müdahale kullanımına uygun olarak dizayn ve imal edilmiş olmalıdır.
2. Masanın gövde ve taban kısmı sıvı girişine karşı korunmuş olmalı ve sıvıdan etkilenmeyen yapıda olmalıdır.
3. Masa tablasının alt metal aksamı elektrostatik boya ile kaplanarak paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.
4. Masanın aşağı-yukarı, sırt kısmı ve oturma bölümü hareketleri, ayak pedalları veya el kumandası ile kumanda edilebilen 3 adet elektromekanik motor sistemi ile sessiz ve titreşimsiz olarak sağlanmalıdır.
5. Masa sırt, oturma ve ayak kısmı olarak üç bölümden oluşmalıdır. Ayak bölümü yerinden istenildiği zaman çıkarılabileceği gibi 90° aşağıya doğru katlanmalıdır.
6. Masanın sırt bölümü yatay konumdan 60° yukarıya ve 18° aşağıya hareket etmelidir.
7. Masanın oturma bölümü sırt kısmına bağlı olarak 18° yukarı hareket etmelidir.
8. Masa 18° trendelenburg hareketi yapmalıdır.
9. Masanın toplam yüzey alanı 162x60 cm² olmalıdır.
10. Masanın tablasının aşağı ve yukarı hareketleri elektro-mekanik bir motor yardımıyla zeminden 65 cm ile 90 cm arasında ayarlanabilmelidir.
11. Masada 4 adet ayarlanabilir sabitleme papucu bulunmalıdır.
12. Cihaz ile birlikte;
 - a) 2 adet el tutamağı + 2 adet ayak tutamağı
 - b) 2 adet poliüretan malzemeden imal 360° dönebilen, yüksekliği ayarlanabilen, istenilen noktada sabitlenebilen diz arkası desteği
 - c) 1 adet paslanmaz çelikten imal edilmiş atık toplama sistemi,
 - d) 1 adet serum askılığı
 - e) 1 adet anestezi çerçevesi (opsiyonel)
13. Masa kaldırma kapasitesi 400 kg olmalıdır.
14. Masa tablası dayanıklı kumaş destekli, su geçirmez malzemeyle kaplı, ergonomik ve anti bakteriyel minderle kaplanmış olmalıdır. İstenilen renge göre minderler imal edilebilmelidir.
15. Masa 220 V şehir gerilimi ile çalışmakta olup ± 10 oranındaki dalgalanmalardan etkilenmemelidir. Hastanın güvenliği için, muhtemel akım kaçaklarına karşı, kaçak akım rölesiyle masanın elektriksel emniyeti sağlanmalıdır.
16. Masanın motor kumanda ve elektrik sistemleri bir pano içinde toplanarak muhafaza edilmiş olmalıdır.
17. Üretici firma TSE belgesine sahip olmalıdır. Ürün TSE standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.
18. Üretici firma TSE Hizmet yeterlilik ve sanayi ticaret bakanlığı garanti ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır. Cihazlar 2 yıl garanti kapsamında yapılacaktır.
19. Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketiyle teslim edilmelidir.
20. İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.
21. Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.
22. Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485 ve ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır.

Elif Yılmaz

Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesi
Zekerya BAŞARCAN
Fiyomedik

DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ
Erdal SERENÇİ
Biyomedikal T.C.