



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİFİMİ
28/11/2022 13:51 - E-36472700-000-1038



00179324429

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 02.12.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Soğuk Buhar Cihazı	6	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satin Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

• Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemesi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ

SOĞUK BUHAR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM:Bu teknik malzeme Çocuk servisi için gereklidir.Soğuk buhar cihazı yüklenici firma tarafından temin edilecek malzemenin denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

GEREKÇE:Acil İhtiyaçtır.

ADET: 6 Adet

SOĞUK BUHAR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz,yetişkin ve pediatrik hastalarda soğuk buhar üretmek ve ilaçların nebulizasyonu amacı ile kullanmaya uygun olmalıdır.
2. Cihaz 220-50 Hz şehir elektriği ile çalışmalıdır.
3. Sıvı haznesi şeffaf ve kırılmaya dayanıklı olup kolayca çıkartılıp takılabilir özellikte olmalıdır.
4. Su haznesinde suyun azalması veya bitmesi durumunda yada su haznesinin yerinden çıkartılması durumunda,kristalin yanmaması için, tercihen cihaz kapalı, opsiyonel olarak alarm vermelidir.
5. Cihaz üzerinde havadaki tozları ve bakteriyel virüsleri tutma özelliğine sahip filtreler bulunmalıdır.
6. Cihazın hasta ile temas eden kısımları otoklavlanabilir olmalıdır.
7. Sistem ikisi kilitlenebilen,tekerlekli standı ile istenilen yere rahatlıkla götürülebilmeli ve sabit hale getirilebilmelidir.Bunun yanı sıra,standında bulunan flexible tutucu kol sayesinde aerosol hortumu her yöne rahatlıkla çevrilebilmelidir.
8. Cihaz 72 saat aralıksız çalışabilen aerosol performansı(aerosol hale getirdiği sıvı miktarı)en az 0,86ml/dk ile 2,5ml/dk arasında ayarlanabilmelidir.
9. Sistem su haznesi tekrar kullanılabilmeli, dezenfektanlar ile temizlenebilir ve en az 750 ml kapasiteli olacak,ek olarak cihazda belseme kabı olarak 1L likin füzyon şişesi bulunacaktır.
10. Sistem su takviyesini besleme kabından yaparken su seviyesini otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
11. Sistem 3.5 kg dan ağır olmamalıdır.
12. Cihaz da tercihen timer sistemi olmalı,ayarlanmış zaman bittiğinde kendiliğinden kapanabilmelidir.
13. 60 dk ya kadar ayarlanabilir timer (0,15,30,45,60) 4 fonksiyonlu alarm ile çalıştırılabilmelidir.

GARANTİ ŞARTLARI

teslim süresinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Aile Hekimliği
Uzm. Dr. Başra Sultan SAFA
Dip. Tes. No: 18720

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Şahir Şahin SAFA
Dip. Tes. No: 245381

Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Erkan KAHRAMAN
Acil Servis ve Personel
Birim Sorumlusu

Betül Piskinli
Bun