



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
İSMLİ 2022 13 51 - E. 36472700-000-1038



00179324429

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 02.12.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	El Tipi Pulseoksimetre	6	Adet		
<u>Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi</u> <u>satinalmaeleskirtdh@gmail.com</u>				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satın Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

• Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

El Tipi Pulseoksimetre Teknik Özellikleri

- El tipi Pulseoksimetre
- Yeni doğandan yetişkine değişik problemlerle kullanılabilir (problemler opsiyonel)
- 2,8 inc TFT renkli ekrana sahip olmalıdır
- spO2 ve nabız alt ve üst limitlerinin alarmlar ayarlanabilir alarm sesi de ayarlanabilir.
- 127 hastanın 72 saatlik kaydı yapılabilir.
- 1-15 dk kaya kadar otomatik kapanma ayarlanabilir.
- 3 AA pille ya da şarjlı pille çalışabilir.
- Özel şarj standı olmalıdır, bu sayede şarjlı piller çıkarılmadan şarj edilebilir.
- Şarj standı üzerinde direk şehir şebekesi ile çalışabilir.
- Pilleri sürekli kullanımda yaklaşık 18 saat kullanabilir.
- Kararlı spO2 ölçüm aralığı % 70-100 olmalıdır.
- Nabız ölçüm aralığı 30-235 bpm olmalıdır.
- Bilgisayara bağlanabilir.
- Özel bilgisayara bağlantı kablosu ve programı pakete dahil olmalıdır.
- Ekran parlaklığı ayarlanabilir.
- Ekrandan spO2, Nabız oranı, prob bağlantısı düşük pil, nabız barı, plethysmogram göstermelidir.
- 2 yıl garantili olmalıdır

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Esma KABAĞAÇAK
Dip. Tes. No: 245087

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Ömer Yusuf KAYA
Dip. Tes. No: 244812

Erkan Kahraman