



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan, aşağıda listede yazılı için mal/hizmet alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi 02.12.2022 Saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/İşin				KDV Hariç Teklif	
Sıra No	Malın/İşin Cinsi	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	Yetişkin Tansiyon Aleti	10	Adet		
Kurumumuz Satın Alma Birimi Mail Adresi satinalmaeleskirtdh@gmail.com				Teklif Eden/...../2022 Kişi/Oda/Firmanın Adı ve Ticaret Unvanı Kaşe-İmza	

Ek: Teknik Şartname

Not: Marka belirtmeyen firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

Satin Almanın Yapılacağı Birim: Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi

- Malzemeler siparişten sonra hastanemiz ambarına mesai saatleri içerisinde ambar teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

YETİŞKİN TANSİYON ALETİ TEKNİK ÖZELLİKLER

KANCALI MANŞET OLMALIDIR
MANŞET ÖLÇÜLERİ **14,5 X 48,5** OLMALIDIR
CİHAZIN MEKANİZMASI 600 mmhg'lik BASINCA DAYANABİLMELİDİR.
TANSİYON ALETİ ÇİFT HORTUM ÇIKIŞLI OLMALI, HORTUMLAR BİRBİRİNE YAPIŞIK OLMALIDIR
HORTUMU MANOMETREYE BAĞLAYAN AJUTAJLAR METAL OLMALI VE
HORTUMU MONTE SIRASINDA KIVRILMASINI ENGELLİYECİ YAPISI OLMALI
TANSİYON ALETİ MANOMETRE GÖVDESİ METAL VE NİKEL KROM KAPLI OLMALI
PUAR VE MANOMETRE AYNI GÖVDE ÜSTÜNDE OLMALI, PUARI KAVRAYAN METAL
KAŞIK PASLANMAZ ÇELİK OLMALI
TANSİYON ALETİ, DÜŞÜK BASINÇLA ÇALIŞMAYI SAĞLAMAK İÇİN BİRİNCİ BORU PUARDAN
ALDIĞI HAVAYI TAZYİK KESESİNE VERECEK İKİNCİ BORUDA BU HAVAYI MANOMETREYE
TAŞIYACAK TERTİBATTA OLACAKTIR.
PUARIN MANOMETRE GİRİŞİNDE FİLTRE OLMALIDIR, BU FİLTRENİN DÜŞMESİNİ ENGELLEMEK
İÇİN ÖNÜNDE RONDELE OLMALIDIR.
CİHAZIN İÇ KISMINDAKİ DİYAFRAM VE MEKANİZMASI HERHANGİ BİR TEKNİK EKİPMAN OLMADAN
DEĞİŞTİRİLEBİLİR OLMALI. BÖYLELİKLE BU KISIMLARDA MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ
ARIZA DURUMDA SADECE PARÇA DEĞİŞİMİ YAPILABİLMELİDİR.
KLİNİK ONAYLI OLMALIDIR
TANSİYON ALETİ 2 YIL GARANTİLİ OLMALI. GARANTİ SÜRESİ BİTİMİNDE 10 YIL ÜCRET KARŞILIĞI
YEDEK PARÇA VE SERVİS GARANTİSİ OLMALIDIR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Esmâ KARABACAK
Dip. Tes. No: 245087

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi
Dr. Ömer Yusuf KAYA
Dip. Tes. No: 244012

E. Karabacak