



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DR. SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
28/11/2022 16:44 - E-68917221 - 949 - 1403



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **1 ADET BUZDOLABI - SOĞUTUCU ÜNİTELER MEDİKAL AMAÇLI SOĞUTUCU (ÜNİTE DİK TİP +2 / +8°C) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05.12.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.**

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BUZDOLABI - SOĞUTUCU ÜNİTELER MEDİKAL AMAÇLI SOĞUTUCU (ÜNİTE DİK TİP +2 / +8°C)	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 2f1b5e81-0fc3-4ca6-84e1-37a0c39fd92 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiyc.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Satın Alma Birimi

Telefon: Faks No: 0 (472) 312 54 47

İnternet Adresi: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com)

Bilgi için: Dursun DİNLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 472) 312 60 47



# İLAÇ VE AŞI SAKLAMA BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ (DİK TİP)

## GENEL ÖZELLİKLER

1. Cihaz 220 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
- 2.Cihazın sıcaklık kontrolü +2/+8 °C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir olmalıdır. Cihazın fabrika çalışma set değeri +4°C olarak ayarlanmış olmalıdır.
- 3.Cihazın iç gövdesi paslanmaz çelik ,paslanmaya karşı dayanıklı elektrostatik toz boyalı malzemedен imal edilmiş olmalı.
- 4.Cihazın kabin içi aydınatması olmalıdır. Kullanıcı istediği zaman bunu AÇ-KAPA yapabilmelidir.
- 5.Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatın parlak DİJİTAL EKRAN olmalıdır.
6. Cihaz bürüt net hacmi 740 lt 685 lt olmalı.
- 8.Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatu 0,1 ya da 0,5 hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DİJİTAL EKRANDAN kendisi de ayarlayabilmelidir.
- 9.Cihaz homojen bir soğutma sistemine evaporatör verimliliğine korumak için otomatik defrost sistemi olmalı
- 10.Cihazın kontrol paneli 4,3 inch tft lcd dokunmatik ekran olmalı.
- 11.Elektrik kesildiğinde 72 saat ekran bilgileri görebilme ve kayıt alabilme özelliği olmalı.
- 12.Cihazın kontrol paneli üst tarafta kullanıcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır.
13. Cihazın alarm sistemi ; alt-üst limit sıcaklıklar aşıldığında ve kapı açık kaldığında kullanıcıyı sesli olarak uyarılmalıdır.
- 14.Cihaz cfc içermeyen yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon duvarı düşük enerji tüketimi sağlanmalıdır.
- 15.Cihazın her iki kapısı 45 derecede sabit kendi kendine kapanabilen kapı sistemine sahip olmalıdır.
16. Buzdolabı kapısı acık kaldığında alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında Cihaz sesli alarm vermelidir.
17. Cihazın kolay taşınabilmesi için hareketli 4 adet tekerliği bulunmalıdır.
- 18.Cihaz firma üretim,tasarım ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 YIL ÜCRETSİZ;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
- 19.Cihazın ISO 9001:2015, TSE Hizmet yeterlilik, ISO 13485:2016

20. Cihaz elektrik kesildiğinde alarm ve ekran fonksiyonlarını besleyen otomatik şarj olabilen 12 v/ dc akü sistemine sahip olmalı

Ecz. Mehmet TUNÇ  


UŞURBAKADA  


Meslehan Okalın  
