



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DR. SAĞLIK VE MALİ İŞLER BİRİMİ
22/12/2022 16:36 - E-68917221 - 949 - 1555



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **8 ADET MESANE ASKISI (TOT) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **29.12.2022 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47** numaralı belgegeçere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MESANE ASKISI (TOT) (TRANSOBTURATOR SLING)	ADET	8		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
Uzm.Dr. Demet ÖKKE
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satılma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 4) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 5) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 6) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 7) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 66f8fb11-23e2-4b40-8f6e-b5aac4c7e6a3 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

Telefon: Faks No: 04723125747

Bilgi için: Şenay SAPMAZ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com



MESANE ASKISI (TOT)(TRANSOBTURATOR SLING) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün stress inkontinans hastalığının tedavi etmek üzere üretral destek sağlamak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sistem steril pakette set halinde bir adet kavisli iğne ve meshden oluşmalıdır.
3. İğne tutucu bölümü hariç 15 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. İğne kavisli (curved) şeklinde olmalıdır.
5. İğne çapı 3 mm olmalıdır.
6. İğne ucu konik şekilde incelmelidir.
7. İğne çelikten yapılmış olmalıdır.
8. İğne tutucu plastik ve ergonomik olmalıdır.
9. İğnenin ucunda meshin koruyucusunda bulunan loopların yerleşeceği odacıklar bulunmalıdır.
10. Mesh birbirine örülmüş biocompatible madde olan polipropilenden yapılmış olmalıdır.
11. Mesh 1*45 cm ölçülerinde olmalıdır.
12. Meshin tamamı plastik bir koruyucu ile sabit olarak sarılmış olmalıdır.
13. Ürün için 1 adet numune verilecektir numunenin bölümdeki değerlendirilmesine göre seçim yapılacaktır.

Uzm.Dr. Kadri KARAYOLCU
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Kadın Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 126480

Op.Dr. Osman ÇELİK
Dr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 179261
Genel Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. İdris AKÇAY
Genel Cerrahi
Dip. Tes. No.: 126480
DoçDr. Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi