



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-206981380  
Konu : Teklife Davet

13.01.2023

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **300 ADET KAN VERME SETİ ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **20.01.2023 tarih ve saat 10:00'a** kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeççere veya **ddhsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

**Bülent ÖZCAN**  
İdari Mali İşler Müdür V.

S. NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KAN VERME SETİ	ADET	300		
<b>GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):</b>					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

**OLUR**  
Uzm.Dr. Demet ÖKKE  
Başhekim

**NOTLAR**

- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
- Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Teknik Şartname ektedir.
- Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

**Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI**  
**Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com**

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: A6C0289F-186A-4286-91B9-D63182533273

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km  
Doğubayazıt / AĞRI 04400  
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447  
e-Posta: İnternet Adresi: <https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr>  
Kep Adresi:

Bilgi için: Şenay SAPMAZ  
Tıbbi Sekreter

Telefon No: 04723126047



## KAN VERME SETİ

<b>Temel İşlevi:</b>	1. Ürün kan verme torbalarında kullanılmak amacı ile medikal malzemedен üretilmiş olmalıdır.
<b>Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Setin boyu en az 150 cm boyunda olmalı ve hortum kırmaya ezilmeye dayanıklı olmalı king yapmamalıdır. 3. Setler kendinden iğneli veya iğnesiz çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	4. Ürünün hava girişsiz delme ucu olmalıdır. 5. Ürünün damla haznesi en az 10 ml hacminde olmalıdır. 6. Ürünün haznesinde 200 mikron filtresi bulunmalıdır. 7. Ürün PVC hortumdan imal edilmiş olmalıdır. 8. Setlerde istem dışı akım engellemek adına klemp (makaralı vb.) sistemi bulunmalıdır.
<b>Genel Hükümler:</b>	9. Ürün ambalajı üzerinde Türkçe olarak ürün özellikleri, uyarılar, açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. 10. Steril tekli ambalajda satışa sunulmalıdır. 11. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune bırakılmalıdır.

Eczilmar  
Dip.No:20171  
Tes.  
KA

İlyas Sertürk  
İS