

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.01.2023

Sayı: 32

Konu: YENİDOĞAN BİRİMİ İÇİN HİPOTERMİ ÖNLEYİCİ TULUM ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.01.2023 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HİPOTERMİ BLANKETİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) NEONATAL			50	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## HİPOTERMİ ÖNLEYİCİ STERİL TULUM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Ürün, yenidoğan bebekler için olası tüm çevresel hipotermi faktörlerinden koruyarak etkili bir termoregülasyon sunmalıdır.
2. Ürün, yenidoğan bebeklerde vücut ısısının korunmasını sağlayacak yapı ve tasarımda olmalıdır.
3. Ürün, bebeğin anatomik olarak doğru bir şekil alması ve güvenilir bir sabitleme için çift katlı polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır. Dış katmanı 50 mikron, iç katmanı 30 mikron ölçüsünde olmalıdır.
4. Ürün, bebeğin cildini ve nefes hareketlerini izlemek için tamamen şeffaf olmalıdır.
5. Ürünün merkezinde bulunan cırtlı yapısı açıklık sağlayarak medikal ekipmanların yönetimini kolaylaştırmalıdır.
6. Ürün, ayarlanabilir başlığı sayesinde bebeğin kafasına tam uyumlu sabitlenmeli ve hava akışını önlemelidir.
7. Ürünün sırt kısmında bebeğin havayolunu açık tutmaya yardım olan, iletim yoluyla ısı kaybına karşı bariyer oluşturan ve bebeğe rahatlık sunan, önceden şekil verilmiş poliüretan materyalde köpük bulunmalıdır.
8. Ürün, farklı doğum ağırlığındaki bebekler için 3 farklı ebatta seçilebilmelidir.
  - 1 kg ağırlığın altındaki bebekler için 30x38 cm ebatında Küçük boy,
  - 1 kg ila 2.5 kg ağırlığındaki bebekler için 38x44 cm ebatında Orta boy,
  - 2.5 kg ağırlığın üzerindeki bebekler için 38x50 cm ebatındaki Büyük boy
  - medium boy için 38x44 cm, Large boy için 38x50 cm olmalıdır.
9. Ürün CE Belgesi'ne sahip olmalıdır.
10. Ürün, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

Yenidoğan Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşire  
NURAY KARAKUŞ

Yenidoğan Yoğun Bakım  
Sorumlu Hemşire  
Edvin