

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.01.2023

Sayı: 29

Konu: KVC BİRİMİ İÇİN TELENJEKTAZİ İĞNE ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.01.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TELENJEKTAZİ İĞNESİ			100	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

TELENJEKTAZİ İĞNE ŞARTNAMESİ

1. Prob radyofrekans termokoagülasyonu için üretilmiş olmalıdır.
2. Spider vein, rosacea ve petechiae tedavilerinde kullanılabilir.
3. Uygulanacak bölgeye göre farklı çaplarda problar bulunmalıdır. (K3 0,075mm çapında, K6 iğnesi 0,150 mm çapında olmalıdır.)
4. Spider veinler, radyofrekans dalgalarını damara ileten iğneler sayesinde yok olmalıdır.
5. Anestezi gerektirmeden iğne büyüteç altında varis üzerine yaklaşık 1 mm aralıklarla batırılarak pedal yardımıyla atım yapılabilir.
6. Problar 50 adetlik kutular içerisinde tekli steril ambalajlarda bulunmalıdır.
7. Probların üzerinde modeli ve son kullanım tarihi bulunmalıdır.
8. Uygulamanın yapılabilmesi için problarla beraber bir adet needle holder firma tarafından temin edilmelidir.
9. RF jeneratörü ön panelinde LCD ekran olmalıdır. Yapılacak uygulamalar için RF jeneratörünün hafızasında her uygulama için hazır algoritmalar bulunmalıdır ve işlem sırasında manuel olarak güç ayarlaması yapılabilir.
10. İşlem sırasında ve sonrasında toplam atış sayısı, süresi görüntülenebilir.
11. Cihaz telenjektazi modunda otomatik atış yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
12. RF jeneratörü kullanıcıyı ikaz etmek için işitsel ve görsel göstergeleri bulunmalıdır.
13. RF jeneratörü 110-230 w ve 50-60 hz özelliklerinde olmalı ve gücü min. 125 VA olmalıdır.
14. RF jeneratörü RF çıkış gücünü, RF iletim süresini ölçmeli ve görüntülemelidir.
15. Enerji iletimi Rf cihazından bağımsız olarak bir pedal yardımıyla iğneye iletilebilir.
16. Aynı RF cihazı ile geniş kollateral venler , perforan venler ve spider venlerin tedavisi yapılabilir.
17. Yüklenici firma cihaz ve 2 Adet Prob kalem temin etmelidir.
18. Cihazla birlikte distribütörün verdiği yetki belgesi ibraz edilmelidir.
19. Distribütör tarafından yetkilendirilmiş teknik elemanlar tarafından eğitim verilmelidir.
20. Cihaz hastane içinde taşınması gereken durumlarda zarar görmemesi için taşıma çantası ile birlikte verilmelidir.
21. RF jeneratörünün cihaz ağırlığı 5 (beş)kg'dan fazla olmamalıdır.

Op. Dr. Ferit ÇETİNKAYA
Kalp ve Damar Cerrahisi
Uzr. Tes. No. 155936
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi