

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

13.01.2023

Sayı: 31

Konu: 2 KALEM PROLEN MESH ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.01.2023 saat: 11:00 'a kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	POLİPROPİLEN MEŞ (MESH) 6(±2)X11(±2)CM			100	Adet		
2	POLİPROPİLEN MEŞ (MESH) 15(±2)X15(±2)CM			50	Adet		
<b>Genel Toplam</b>							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

## PROLEN MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
2. Mesh materyali sentetik non-absorbabl polipropilen olmalıdır.
3. Yumuşaklığı nedeniyle bükülebilir ve sabitleme sırasında kolay şekil verilebilme özelliğine sahip olmalıdır
4. En az bir yöne esnemeli ve şeklini korumalıdır.
5. Polypropilen mesh yüksek yırtılma ve gerilme kuvveti özelliği taşımalıdır.
6. Polypropilen meshin ıslatılarak doku üzerinde uygulandığında kolay şekil alıp post-op dönemde sert madde etkisi yaratmayacak yapıda olmalıdır.
7. Açık ve laparoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
8. Mesh kesilebilmelidir, kesildiğinde travmatize olmamalıdır. Kesik olan yerdeki tensil kuvveti azalmamalıdır.
9. Ürünler teslim tarihinde en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
10. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır

Dr. Öğretim Üyesi  
M. Baran YERLİKAYA  
Ağrı İbrahim Çeçen Üni.  
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  
Dip. Tes. No. 12500

Ayfer GÖK  
Ameliyathane Sorumlusu  
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi