

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

16.01.2023

Sayı: 87

Konu: YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM BİRİMİ İÇİN TANSİYON MANŞONU ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.01.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTABAŞI MONİTÖRÜ NIBP KOL MANŞONU (NO:2)			5	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

TANSİYON MANŞONU (OBEZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manşonlar kumaş materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
3. Hortum ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalıdır.
4. Manşonlar hastanemiz bünyesinde bulunan BLT marka hasta başı monitörlerle uyumlu olmalıdır.
5. Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok sıkı tutmalıdır.
6. Tansiyon manşonlarının kumaşı hasta cildini tahriş etmemeli Ve terleme yapmamalıdır.
7. Tansiyon manşonları sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.
8. Tansiyon manşonu tekli olmalıdır.
9. Tansiyon manşonu renk değiştirmemelidir.
10. Manşon üzerinde arter noktasal işaret ile gösterilmelidir.
11. Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç kısmı çiftli olmalı hava kaçırmamalıdır.
12. Manşon boyları (OBEZ) olmalıdır.
13. Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşon üzerinde yazı ile hasta cildine değecek kısım, indeks çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
14. Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
15. Ürün numune ile değerlendirilmelidir.
16. Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

Basal Yehner
Serkan Komsu
M

AGRI ÜNİVERSİTESİ
AGRI DİĞER HASTANESİ
Biyomedikal Sorumlusu

Uzm. Dr. Seda SEVEN
Yoğun Bakım Uzmanı
Uzm. Tes. No. 147908
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi