

TEKLİFE DAVET

17.01.2023

Sayı: 28

Konu: OTOMATİK PAKETLEME

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.01.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERİLİZASYON PAKETLEME CİHAZLARI, STERİLİZASYON PAKETİ BÜTÜNLEŞİK RULO KESME - KAPAMA CİHAZI			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

OTOMATİK KAPATMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz her boy sterilizasyon rulosu kenarlarını yapıştırmak amacıyla kullanılacaktır.
2. Kapatma genişliği 10-18 mm arası olmalıdır.
3. Kapatma işlemini tam otomatik döner tekerlekli sistemiyle yapmalıdır.
4. Cihaza entegre ruloların kapatma sırasında taşınmasını sağlayan konveyörü olmalıdır. Bu konveyör ile 1 kg 'a kadar paketler otomatik taşınabilmelidir.
5. Kapatma hızı 0-12 m/s arasında ayarlanabilmelidir.
6. 0-300 °C arası ayarlanabilir çalışma sıcaklığı olmalıdır.
7. Opsiyonel olarak numarator özellikli printer eklenebilmelidir.
8. İstendiğinde devreye sokulabilen fan sistemi olmalıdır.
9. 220V 50 Hz de çalışmalı, maksimum 500w gücünde olmalıdır.
10. Cihaz CE belgeli olmalıdır.

Osman BAŞBUĞAN
Sağlık Menüsü
Kuru

Osman ÖZTOLCU
Kuru