

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

19.01.2023

Sayı: 57

Konu: AMNİON SIVISI TESPİT MATERYALİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 25.01.2023 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cevdet TAŞDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AMNİON SIVISI TESPİT MATERYALİ			350	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) imalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

FETAL MEMBRAN YIRTIĞI TESPİT KİTİ ŞARTNAMESİ

- 1.Test hamile bayanda fetal membran yırtığının tespit edilmesinde kullanılmalıdır.
- 2.immunkromatografik yöntemle IGFBP-1 (insülin like growth factor binding protein-1)tespiti ile yaparak bayanda amniyon sıvı sızıntısı olduğu tespit edebilmelidir.
- 3.yaklaşık olarak minimum 25mg/IGFBP-1'i tespit edebilmelidir.
- 4.Test insan IGFBP-1'e karşı oluşmuş en az 2 adet monoklonal antikor içermelidir.
- 5.Numune olarak spekulum gerektirmeden vajinadan posterior fornikse kadar olan bölgeden alınan sürüntü örneği kullanılmalıdır.
- 6.Amniyotik sıvı akıntısı gelmesinden itibaren maksimum 12 saate kadar test çalışılması durumunda test doğru sonuç verebilmelidir.
- 7.Alınan sürüntü örneğinden çalışmalıdır.
- 8.5 dakikada sonuç vermelidir.
- 9.Kit içerisinde her testin uygulanabilmesi için gerekli olan içim tüm malzemeler(strip,ekstraksiyon solüsyonu,steril svab)tek paket içerisinde ayrı ayrı ambalajlanmış olmalıdır.
- 10.Testin vermiş olduğu sonuçların çok daha iyi gözlemlenebilmesi ve daha doğru sonuç sağlanması için test striplerinin genişliği en az 6mm olmalıdır.
- 11.Test sribinde test çizgisi ve kontrol çizgisinin oluştuğu farklı alanlar olmalıdır.
- 12.Kit ile aynı marka 2 seviye pozitif ve 1 seviye negatif olmak üzere sıvı kontrolleri her kutu ile birlikte verilebilmelidir.
- 13.Kitin duyarlılığının %100 olduğu yayın ile belgelendirilmelidir.
- 14.Kullanımı ve değerlendirilmesi kolay olmalıdır.
- 15.Kit 2-25 derecede saklanmalıdır.
- 16.Kit T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB) kayıtlı olmalıdır ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgeler ,geçerli UBB barkod numaraları bulunmalıdır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. S. Berrak BEYOĞLU ORUC
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.
Dip. Tes. No. 155567

Op. Dr. Zeynel Abidin ÖZDİL
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm.
Dip. Tes. No : 176499
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi



207164465
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
16/01/2023, 14:02:26 - E-57212153-929-207164465